Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17421459-1
Сатып алудың атауы:	Кардиология ҒЗИ үшін реагенттер жиынтығы 2
Лоттың нөмірі:	№ 83570663-ОИ2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Insulin Elecsys cobas e
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әйтеке би көшесі, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"In vitro диагностика үшін Иммунотест. Арналған қан сарысуындағы адам инсулинінің сандық анықтамасы және адамның қан плазмасында. Инсулиннің анықтамасы қолданылады әр түрлі көмірсулар бұзылыстарының диагностикасы және терапиясын бақылау метаболизм, соның ішінде қант диабеті және гипогликемия. Электрохем-люминесцентті иммунотест"" ECLIA "" арналған elecsys және cobas e411/601/602 иммунохимиялық анализаторларында қолдану. Инсулин-молекулалық салмағы 5808 және 51 амин қышқылынан тұратын пептидтік гормон. Ол β-жасушалардан бөлінеді ұйқы безінің Лангерганс аралдары және қанға енеді портал венасы мен бауыр арқылы. Инсулин секрециясы импульсті мінез. Сақтау және тұрақтылық 2-8 °C температурада сақталады. тұрақтылық: ашылмаған 2-8 °C температурада көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін жарамдылықтары2-8 °C температурада ашылғаннан кейін 12 апта анализаторлардың бортында 4 апта"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17421459-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для НИИ кардиологии 2
Номер лота:	№ 83570663-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание лота:	Insulin Elecsys cobas e
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район город Алматы, Алмалинский район, улица Айтеке би, 120/25
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения человеческого инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используется для диагностики и контроля терапии различных нарушений углеводного обмена, включая сахарный диабет и гипогликемию. Электрохемилюминесцентный иммунотест ""ECLIA"" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e411/601/602. Инсулин является пептидным гормоном с молекулярной массой 5808 Да и состоит из 51 аминокислоты. Он секретируется β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы и попадает в кровь через воротную вену и печень. Секреция инсулина носит пульсовой характер. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Стабильность:в невскрытом виде при 2-8 °C до окончания указанного срока годностипосле вскрытия при 2-8 °C 12 недель на борту анализаторов 4 недель"