Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88779947-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сканер
Лоттың сипаттауы:	планеталық, роботталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3D дене сканері. ОҢАЛЫҚТЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ҚОЛДАНУЛАР Жабдықты келесі мақсаттарда пайдалануға болады: 1. Дененің негізгі сегменттерінің қалпы мен орналасуын бағалау. 2. Иық белдеуі мен жамбас симметриясын визуалды бағалау. 3. Жоғарғы және төменгі аяқ-қолдардың антропометриялық бағалауы. 4. Дене шеңберінің өзгерістерін бақылау. 5. Сегмент бойынша бұлшықет массасының таралуын бағалау. 6. Май мен май массасының өзгерістерін бақылау. 7. Жалпы және сегменттік бұлшықет массасын бағалау. 8. Пациенттің физикалық жағдайындағы өзгерістерді бақылау. 9. Оңалту нәтижелерін құжаттау. 10. Оңалтуға дейінгі және кейінгі тексеру нәтижелерін салыстыру. СИПАТТАМАЛАРЫ Параметр сипаттамасы Технология: 3D сканерлеу + BIA BIA әдісі: DSM-BIA Электродтар саны: 8 Жиілік саны: 4 Жиілік: 5, 50, 250, 500 кГц Талданған сегменттер саны: 5 Оптикалық сенсор: Intel RealSense D455 Экран диагоналы: 18,5 дюйм 3D сканерлеу уақыты: шамамен 32 секунд Максималды биіктігі: 200 см Салмақ диапазоны: 10–250 кг Платформа жүктемесі: 180 кг дейін Қуат көзі: айнымалы ток 100–240 В Адаптер қуаты: 150 Вт Қосылу мүмкіндігі: Ethernet, USB ГОСТ Р ИСО 20685-2016
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3D дене сканері. ОҢАЛЫҚТЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ҚОЛДАНУЛАР Жабдықты келесі мақсаттарда пайдалануға болады: 1. Дененің негізгі сегменттерінің қалпы мен орналасуын бағалау. 2. Иық белдеуі мен жамбас симметриясын визуалды бағалау. 3. Жоғарғы және төменгі аяқ-қолдардың антропометриялық бағалауы. 4. Дене шеңберінің өзгерістерін бақылау. 5. Сегмент бойынша бұлшықет массасының таралуын бағалау. 6. Май мен май массасының өзгерістерін бақылау. 7. Жалпы және сегменттік бұлшықет массасын бағалау. 8. Пациенттің физикалық жағдайындағы өзгерістерді бақылау. 9. Оңалту нәтижелерін құжаттау. 10. Оңалтуға дейінгі және кейінгі тексеру нәтижелерін салыстыру. СИПАТТАМАЛАРЫ Параметр сипаттамасы Технология: 3D сканерлеу + BIA BIA әдісі: DSM-BIA Электродтар саны: 8 Жиілік саны: 4 Жиілік: 5, 50, 250, 500 кГц Талданған сегменттер саны: 5 Оптикалық сенсор: Intel RealSense D455 Экран диагоналы: 18,5 дюйм 3D сканерлеу уақыты: шамамен 32 секунд Максималды биіктігі: 200 см Салмақ диапазоны: 10–250 кг Платформа жүктемесі: 180 кг дейін Қуат көзі: айнымалы ток 100–240 В Адаптер қуаты: 150 Вт Қосылу мүмкіндігі: Ethernet, USB ГОСТ Р ИСО 20685-2016 / Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88779947-ЗЦП1
Наименование лота:	Сканер
Описание лота:	планетарный, роботизированный
Дополнительное описание лота:	3D Сканер тела. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ Оборудование может использоваться по следующим направлениям: 1. Оценка осанки и положения основных сегментов тела. 2. Визуальная оценка симметрии плечевого пояса и таза. 3. Антропометрическая оценка верхних и нижних конечностей. 4. Контроль изменения окружностей тела. 5. Оценка распределения мышечной массы по сегментам. 6. Контроль динамики жировой и безжировой массы. 7. Оценка параметров общей и сегментарной мышечной массы. 8. Мониторинг изменений физического состояния пациента. 9. Документирование результатов реабилитационного курса. 10. Сравнение результатов обследований до и после реабилитации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметр Характеристика Технология 3D Scan + BIA Метод BIA DSM-BIA Количество электродов 8 Количество частот 4 Частоты 5, 50, 250, 500 кГц Количество анализируемых сегментов 5 Оптический сенсор Intel RealSense D455 Диагональ экрана 18,5 дюйма Время 3D-сканирования Около 32 секунд Максимальный рост 200 см Диапазон веса 10–250 кг Нагрузка платформы До 180 кг Питание AC 100–240 В Мощность адаптера 150 Вт Подключение Ethernet, USB ГОСТ Р ИСО 20685-2016
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	3D Сканер тела. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ Оборудование может использоваться по следующим направлениям: 1. Оценка осанки и положения основных сегментов тела. 2. Визуальная оценка симметрии плечевого пояса и таза. 3. Антропометрическая оценка верхних и нижних конечностей. 4. Контроль изменения окружностей тела. 5. Оценка распределения мышечной массы по сегментам. 6. Контроль динамики жировой и безжировой массы. 7. Оценка параметров общей и сегментарной мышечной массы. 8. Мониторинг изменений физического состояния пациента. 9. Документирование результатов реабилитационного курса. 10. Сравнение результатов обследований до и после реабилитации. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметр Характеристика Технология 3D Scan + BIA Метод BIA DSM-BIA Количество электродов 8 Количество частот 4 Частоты 5, 50, 250, 500 кГц Количество анализируемых сегментов 5 Оптический сенсор Intel RealSense D455 Диагональ экрана 18,5 дюйма Время 3D-сканирования Около 32 секунд Максимальный рост 200 см Диапазон веса 10–250 кг Нагрузка платформы До 180 кг Питание AC 100–240 В Мощность адаптера 150 Вт Подключение Ethernet, USB ГОСТ Р ИСО 20685-2016 Согласовать с заказчиком