Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17977288-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық бұйымдарды сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88650924-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Ылғалдатқыш камерасы |
| **Лоттың сипаттауы:** | өзін-өзі толтырылды |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Медициналық желдеткішке арналған ылғалдандырғыштарға арналған өздігінен толтырылатын ылғалдандырғыш камерасымен. |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, К.Смагулова,14 |
| **Жеткізу мерзімі:** | келісім шартқа қол қойылған күнен бастап 15 күнаралығында жетікзу |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Тапсырыс берушіге Үлгіні ұсына отырып жеткізу.<br>Мед.бұйымға тіркеу куәлігін ұсыну.<br><br>Автоматты толтыру функциясы бар механикалық желдету процесінде пациентке берілетін газдарды белсенді жылыту және ылғалдандыру үшін F&P ылғалдандырғыштарына арналған өздігінен толтырылатын ылғалдандырғыш камерасы. Тиімді көлемі 395 мл, 140см дейін қысымда және 180л/мин дейін ағымда қолданылады. Камерада мөлдір корпус, жабыспайтын түбі, 22м қосқыш коннектордың екі кірісі/шығысы, минималды/максималды бітіру, екі сатылы қалқымалы клапан, инемен (қауіпсіздік қақпағымен) және қысымды теңестіру портымен бойлық арматураланған сұйықтық беру шлангісі бар.Материалдар: полипропилен, полиэтилен, алюминий.Қаптама: жеке, клиникалық таза.Пайдалану уақыты: 7 күн. Жиынтықта atocare sensitive тіс аспирациялық атравматикалық щеткасы (тампон) тістерді тазартуға және ауыз қуысының мазмұнын соруға арналған. Щетканың ұзындығы 20,5 см. Тампон щеткасының дизайны тұтқадан және щетканың денесінен Жиналмайтын құрама болып табылады. Қылқалам бөліктері түйіспелі түйіспе түрімен түйіседі. Щетканың ішкі қуысы-бұл аспирациялық түтік, ол аспирациялық түтікті қосу үшін қосқыш коннектормен аяқталады. Ұзындығы 13,4 см щетканың денесі, ұзындығы 2,8 см тампонмен тазалағыш басы бар. ұзындығы 7,2 см щетканың тұтқасы, ұзындығы 1,8 см вакуумды басқарудың Профильді саңылауымен жабдықталған. 9F/6M аспирациялық түтік щеткасы қосқышы. Өлшемдер номиналды мәндермен берілген. Шекті ауытқулар 5% - дан аспауы мүмкін. Щетка бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс, фталат және басқа да қауіпті заттар жоқ.Қаптама жеке, клиникалық таза. ГОСТ 31508-2012 |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17977288-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп медицинских изделий. |
| **Номер лота:** | № 88650924-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Камера увлажнителя |
| **Описание лота:** | самозаполняющаяся |
| **Дополнительное описание лота:** | Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей для медицинского аппарата ИВЛ. |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау г. Атырау, ул. К.Смагулова,14 |
| **Срок поставки:** | с момента заключения Договора в течение 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см $H_2O$ и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления.Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.Время использования: 7 дней. В комплекте с Зубная аспирационная атравматичная щетка (тампон) OroCare Sensitive предназначена для чистки зубов и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 20,5 см. Конструкция щетки-тампона составная неразборная из рукоятки и тела щетки. Части щетки стыкуются соединением типа шпоночное соединение. Внутренняя полость щетки представляет собой аспирационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 13,4 см с чистящей головкой - тампоном длиной 2,8 см. Рукоятка щетки длиной 7,2 см, снабжена профилированным отверстием вакуум-контроля длиной 1,8 см. Материал щетки – полипропилен, материал щетины – полипропилен. Коннектор соединения щетки с аспирационной трубкой 9F/6M. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Щетка предназначена для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ.Упаковка индивидуальная, клинически чистая.ГОСТ 31508-2012 |