Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940404-1
Сатып алудың атауы:	Гематологиялық анализаторға арналған еріткіш сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88059273-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Изотоникалық су
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	M-30D дилюенті Mindray BC-3600 гематологиялық анализаторға арналған канистрдегі 20 литр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Больничный городок, мкр-н ЦРБ 1 "А"
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Mindray BC-3600 гематологиялық анализаторына арналған 20 литрлік канистрдегі M-30D еріткішінің сипаттамалары: Құрамы: натрий хлориді, натрий сульфаты ангидриді, буфер, микробқа қарсы заттар. Физикалық-химиялық қасиеттері: сұйық, түссіз, иіссіз. Сақтау шарттары: 2–30°C, тығыз жабылған, тікелей күн сәулесінен қорғалған; мұздатпаңыз. Ашылғаннан кейінгі сақтау мерзімі: 60 күн. Тұтынылуы: жуылған үлгіге 20–45 мл; 20 литрлік канистр шамамен 450–900 үлгіге жетеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940404-1
Наименование закупки:	приобретение дилюента для гематологического анализатора
Номер лота:	№ 88059273-ЗЦП1
Наименование лота:	Вода изотоническая
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Дилюент M-30D 20 литров в канистре для гематологического анализатора Mindray BC-3600
Количество:	1
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Больничный городок, мкр-н ЦРБ 1 "А"
Срок поставки:	В течении 16-ти календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Спецификация дилюента M-30D в канистре 20 литров для гематологического анализатора Mindray BC-3600: Состав: хлорид натрия, ангидрид сульфата натрия, буфер, антимикробные вещества. Физико-химические свойства: жидкость, бесцветная, без запаха. Условия хранения: 2–30 °C, плотно закрытая тара, без прямого солнца; не замораживать. Срок годности после вскрытия флакона: 60 дней. Расход: 20–45 мл на пробу с промывками, канистры 20 л хватает ориентировочно на 450–900 проб.