Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17991537-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Ареометр, Метрошток для измерения уровня печного топлива |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88761676-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Ареометр |
| **Лоттың сипаттауы:** | жемір ерітінділердің тығыздығын өлшеуге арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ареометр |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Жаңадария қонысы, 116 ғимарат . Қызылорда АПБ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Мұнай өнімдерінің (пеш отынының) тығыздығын өлшеуге арналған – ареометр. ЖЖМ сапасына бақылау жүргізу кезінде мұнай өнімдерінің, оның ішінде пеш отынының тығыздығын анықтауға арналған. Құрылғының түрі – мұнай өнімдеріне арналған ареометр (мұнайденсиметр). Орындау – зертханалық шыны. Тығыздықты өлшеу диапазоны – 770-830, 830-890, 890-1010 кг/м³. Шкаланы бөлу бағасы – 0,5 кг/м³ аспайды. Температураны өлшеу диапазоны (термометрмен орындау үшін) -20-дан +45 градусқа дейін. Тығыздық өлшеу бірлігі – кг/м³. Құрылғы мұнай өнімдерінің тығыздығын өлшеуді қамтамасыз етуі тиіс. Шкаласы анық, жақсы ажыратылатын және үйкеліске төзімді болуы қажет. ГОСТ 18481-81 стандартына сәйкес болуы тиіс.<br><br>Жиынтығы:<br><br>* Ареометр – 3 дана.<br>* Бұйымның паспорты – 3 дана.<br>* Тексеруден (салыстырып тексеруден) өткені туралы құжат – 3 дана. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17991537-1 |
| **Наименование закупки:** | Ареометр, Метрошток для измерения уровня печного топлива |
| **Номер лота:** | № 88761676-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Ареометр |
| **Описание лота:** | для измерения плотности агрессивных растворов |
| **Дополнительное описание лота:** | Ареометр |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет г.Кызылорда, а/о Аксуат, урочище Жанадария, 116 здания Кызылординская РЭЧ |
| **Срок поставки:** | 20 календарных дней со дня подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Ареометр для измерения плотности нефтепродуктов (печного топлива).<br><br>Предназначен для определения плотности темных нефтепродуктов, в том числе печного топлива, при проведении контроля качества ГСМ. Тип прибора – ареометр для нефтепродуктов (нефтеденсиметр). Исполнение – стеклянный лабораторный. Диапазон измерения плотности – 770-830, 830-890, 890-1010 кг/м³.<br><br>Цена деления шкалы – не более 0,5 кг/м³.<br><br>Диапазон измерения температуры от минус 20 до плюс 45 °С (для исполнения с термометром).<br><br>Единица измерения плотности – кг/м³. Прибор должен обеспечивать измерение плотности нефтепродуктов. Шкала должна быть четкой, хорошо различимой и устойчивой к истиранию.<br><br>Соответствие ГОСТ 18481-81.<br><br>Комплектность:<br><br>* Ареометр – 3 шт.<br>* Паспорт изделия – 3 шт.<br>* Документ о поверке – 3 шт. |