Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17384288-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 81225829-ОИЗ
Лоттың атауы :	Жамбас компоненті
Лоттың сипаттауы:	тізе буынын цементсіз бекітумен эндопротездеу үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аяғы сан. Материал: Титан қорытпасы, гидроксиапатит. Пішіні: Клиновидный 2 жазықтықта, шектеуші жағасыз, бүйірлерінде екі бойлық декомпрессиялық бороздасы бар, көлденең қабырғалары мен шығыңқы жерлері жоқ. Мойны жылтыратылған. Дистальды бөліктің ұшы алдыңғы жазықтықта латеральды жағынан қиылған нысанда болады. Бекіту түрі: Бастапқы бекіту - пресс-фит. Екінші - остеоинтеграция. Жабыны: Ұсақ дисперсті гидроксиапатитті жабынмен ұштастыра отырып, қалыңдығы 50 микрометр, тек аяқтың проксималды бөлігінде циркулярлы жағылған плазмалық титан тозаңдандыру. Үлгі өлшемдері: 12 стандартты үлгі өлшемдері. Мойын-диафизарлық бұрышы 127 градус компонент үшін офсет компонент мөлшерінің ұлғаюына пропорционалды ұлғаюымен 32 мм-ден 58 мм-ге дейінгі диапазонға ие. Типтік өлшемге байланысты 93 мм-ден 126 мм-ге дейінгі диапазондағы аяқтың ұзындығы. Мойын ұзындығы: Диапазоны 27 мм-ден 40 мм-ге дейін типтік өлшемге байланысты. Мойын-диафизарлық бұрыш (мойын мен аяқ осі арасындағы бұрыш): 127 градус. Конус: 11/13.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Щедрина көшесі, 63
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аяғы сан. Материал: Титан қорытпасы, гидроксиапатит. Пішіні: Клиновидный 2 жазықтықта, шектеуші жағасыз, бүйірлерінде екі бойлық декомпрессиялық бороздасы бар, көлденең қабырғалары мен шығыңқы жерлері жоқ. Мойны жылтыратылған. Дистальды бөліктің ұшы алдыңғы жазықтықта латеральды жағынан қиылған нысанда болады. Бекіту түрі: Бастапқы бекіту - пресс-фит. Екінші - остеоинтеграция. Жабыны: Ұсақ дисперсті гидроксиапатитті жабынмен ұштастыра отырып, қалыңдығы 50 микрометр, тек аяқтың проксималды бөлігінде циркулярлы жағылған плазмалық титан тозаңдандыру. Үлгі өлшемдері: 12 стандартты үлгі өлшемдері. Мойын-диафизарлық бұрышы 127 градус компонент үшін офсет компонент мөлшерінің ұлғаюына пропорционалды ұлғаюымен 32 мм-ден 58 мм-ге дейінгі диапазонға ие. Типтік өлшемге байланысты 93 мм-ден 126 мм-ге дейінгі диапазондағы аяқтың ұзындығы. Мойын ұзындығы: Диапазоны 27 мм-ден 40 мм-ге дейін типтік өлшемге байланысты. Мойын-диафизарлық бұрыш (мойын мен аяқ осі арасындағы бұрыш): 127 градус. Конус: 11/13. Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің немесе ҚР-ға бір жолғы әкелуге рұқсаттың болуы (егер тауар міндетті тіркеуге жатпайтын жағдайда уәкілетті органнан хат ұсынылады).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17384288-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 81225829-ОИЗ
Наименование лота:	Бедренный компонент
Описание лота:	для эндопротезирования коленного сустава цементной фиксации
Дополнительное описание лота:	Ножка бедренная. Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фронтальной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Щедрина 63
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ножка бедренная. Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фронтальной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13. Наличие государственной регистрации в Республике Казахстан или разрешения на разовый ввоз в РК (в случаев если товар не подлежит обязательной регистрации предоставляется письмо с уполномоченного органа).