Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17676703-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025704-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қан сарысуында және плазмасында альбуминді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra Альбумин 300
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra Альбумин 30 кассета Назначение: In vitro тест для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консерванты, стабилизаторы SR Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консерванты; стабилизаторы. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность:Срок хранения при 15-25 °C См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17676703-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025704-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения альбумина в сыворотке и плазме крови
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra Альбумин 300
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra Альбумин 30 кассета Назначение: In vitro тест для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консерванты, стабилизаторы SR Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консерванты; стабилизаторы. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность:Срок хранения при 15-25 °C См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель.