Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17730488-1
Сатып алудың атауы:	Молекулалық биология, биохимия және микробиология кафедрасына арналған реактивтер (орын.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Лоттың нөмірі:	№ 82282589-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ерітінді
Лоттың сипаттауы:	калибрлеуші, кондуктометрге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гемоглобинді анықтауға арналған калибрлеу жинағы. Гемоглобинді калибрлеу ерітіндісі Біріккен гемиглобинцианид әдісімен адам қанындағы гемоглобиннің мөлшерін калибрлеуге арналған. Құрамы: этиленгликоль қосылған 120 г/л концентрациясы бар гемоглобин ерітіндісі 30 об%, 2,0 мл-1 құты. Сақтау және пайдалану шарттары: калибрлеу ерітіндісін дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында +2-8° С температурада сақтау мерзімі ішінде сақтау керек. +25° С дейінгі температурада 5 тәуліктен артық емес сақтауға жол беріледі. Жарамдылық мерзімі-2 жыл. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя, к. 40
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гемоглобинді анықтауға арналған калибрлеу жинағы. Гемоглобинді калибрлеу ерітіндісі Біріккен гемиглобинцианид әдісімен адам қанындағы гемоглобиннің мөлшерін калибрлеуге арналған. Құрамы: этиленгликоль қосылған 120 г/л концентрациясы бар гемоглобин ерітіндісі 30 об%, 2,0 мл-1 құты. Сақтау және пайдалану шарттары: калибрлеу ерітіндісін дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында +2-8° С температурада сақтау мерзімі ішінде сақтау керек. +25° С дейінгі температурада 5 тәуліктен артық емес сақтауға жол беріледі. Жарамдылық мерзімі-2 жыл. Қолда бар аспаптарда жұмыс істеу үшін: ПД-303 спектрофотометрі және "ЗОМЗ"КФК-3 фотометрі. ГОСТ ISO 15193-2015 (Биомедицина кафедрасы)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17730488-1
Наименование закупки:	Реактивы для кафедры молекулярной биологии, биохимии и микробиологии (исп.: 8 701 745 35 82 - Айгуль)
Номер лота:	№ 82282589-ЗЦП1
Наименование лота:	Раствор
Описание лота:	калибровочный, для кондуктометра
Дополнительное описание лота:	Калибровочный набор на определение гемоглобина. Калибровочный раствор гемоглобина предназначен для калибровки количественного определения гемоглобина в крови человека унифицированным гемиглобинцианидным методом. СОСТАВ: Раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л с добавлением этиленгликоля 30 об%, 2,0 мл — 1 флакон. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: Калибровочный раствор следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2–8° С в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до +25° С не более 5 суток. Срок годности — 2 года. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)
Количество:	5
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Гоголя, 40
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Калибровочный набор на определение гемоглобина. Калибровочный раствор гемоглобина предназначен для калибровки количественного определения гемоглобина в крови человека унифицированным гемиглобинцианидным методом. СОСТАВ: Раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л с добавлением этиленгликоля 30 об%, 2,0 мл — 1 флакон. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: Калибровочный раствор следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2–8° С в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до +25° С не более 5 суток. Срок годности — 2 года. Для работы на имеющихся приборах: спектрофотометре ПД-303 и фотометре КФК-3 «ЗОМЗ». ГОСТ ISO 15193-2015 (Кафедра Биомедицины)