Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940797-1
Сатып алудың атауы:	аурухана қажеттіліктері үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88507020-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өкпені жасанды желдету аппараты
Лоттың сипаттауы:	топ 3
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Puritan BTNNET NPB-840 желдеткішіне арналған av7-12 / s аккумуляторы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ескелды би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Puritan Bennett NPB-840 өкпені жасанды желдету аппаратына арналған AV7-12/S аккумуляторлық батареясы 1. Тауардың мақсаты: аккумуляторлық батарея негізгі электр қуаты өшірілген жағдайда Puritan Bennett NPB-840 өкпені жасанды желдету аппаратын автономды электр қуатымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған. 2. Бұйымның түрі: аккумуляторлық батарея (ауыстырмалы аккумулятор). 3. Моделі: AV7-12/S. 4. Үйлесімділігі: Puritan Bennett NPB-840 өкпені жасанды желдету аппараты. 5. Аккумулятор түрі: герметикалық, қызмет көрсетуді қажет етпейтін қорғасын-қышқылды (AGM). 6. Орындау түрі: аппараттың штаттық аккумулятор бөлігіне орнатуға арналған. 7. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген. Техникалық сипаттамалары № Параметр атауы Талап етілетін сипаттамасы 1 Моделі AV7-12/S 2 Аккумулятор түрі Герметикалық қорғасын-қышқылды, AGM 3 Номиналды кернеуі 12 В 4 Номиналды сыйымдылығы 7 А·сағ 5 Орындау түрі Қызмет көрсетуді қажет етпейтін, герметикалық 6 Клемма түрі F2 7 Габариттік өлшемдері (Ұ×Е×Б) 151×65×100 мм 8 Салмағы Шамамен 2,1 кг 9 Разряд кезіндегі жұмыс температурасы -15 °C-тан +50 °C-қа дейін 10 Зарядтаудың ең жоғары тогы 2,1 А 11 Ішкі кедергісі Шамамен 27 мОм 12 Корпусы Берік, герметикалық 13 Жай-күйіЖаңа, пайдаланылмаған Қосымша талаптар 1. Аккумулятор Puritan Bennett NPB-840 өкпені жасанды желдету аппаратының штаттық аккумуляторлық жүйесінің техникалық талаптары мен электрлік параметрлеріне сәйкес болуы тиіс. 2. Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе зақымдалған аккумуляторларды жеткізуге жол берілмейді. 3. Тауар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. 4. Кепілдік мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс. 5. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында ұсынылатын аккумулятордың медициналық жабдыққа сәйкестігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. 6. Жеткізілетін тауардың сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты талаптар сақталуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940797-1
Наименование закупки:	закупка товаров для нужд больницы
Номер лота:	№ 88507020-3ЦП2
Наименование лота:	Аппарат искусственной вентиляции легких
Описание лота:	группа 3
Дополнительное описание лота:	аккумулятор AV7-12/S для аппарата ИВЛ Puritan btnnet npb-840
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Ескелды би 285
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Аккумуляторная батарея AV7-12/S для аппарата искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett NPB-840 1. Назначение товара: аккумуляторная батарея предназначена для обеспечения автономного электропитания аппарата искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett NPB-840 при отключении основного электропитания, а также для обеспечения бесперебойной работы оборудования. 2. Тип изделия: аккумуляторная батарея (сменный аккумулятор). 3. Модель: AV7-12/S. 4. Совместимость: аппарат искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett NPB-840. 5. Тип аккумулятора: герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый (при условии соответствия оригинальной модели). 6. Исполнение: предназначен для установки в штатный аккумуляторный отсек аппарата. 7. Состояние товара: новый, ранее не использованный, не восстановленный. 8. Комплектность: аккумуляторная батарея в количестве согласно закупаемому объёму. 9. Товар должен быть полностью совместим с аппаратом ИВЛ Puritan Bennett NPB-840 и обеспечивать его штатную работу. 10. Аккумулятор должен поставляться в заводской упаковке, без механических повреждений, вздутий и следов эксплуатации. 11. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 12. Перед поставкой товара поставщик обязан согласовать с заказчиком соответствие предлагаемого аккумулятора модели аппарата ИВЛ. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемые характеристики 1 Модель AV7-12/S 2 Тип аккумулятора Герметичный свинцово-кислотный, AGM 3 Номинальное напряжение 12 В 4 Номинальная ёмкость 7 А·ч 5 Тип исполнения Необслуживаемый, герметичный 6 Тип клемм F2 7 Габаритные размеры (Д×Ш×В) 151×65×100 мм 8 Вес Около 2,1 кг 9 Рабочая температура при разряде От -15 °C до +50 °C 10 Максимальный ток заряда 2,1 А 11 Внутреннее сопротивление Около 27 мОм 12 Корпус Прочный, герметичный 13 Состояние Новый, не бывший в эксплуатации Характеристики модели AV7-12/S сверены с техническими данными производителя SVC. svc.kz+1 Дополнительные требования: - Аккумулятор должен соответствовать техническим требованиям и электрическим параметрам штатной аккумуляторной системы аппарата ИВЛ Puritan Bennett NPB-840. - Не допускается поставка бывших в эксплуатации, восстановленных или повреждённых аккумуляторов. - Поставка должна осуществляться в заводской упаковке. - Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. - Перед поставкой товара поставщик обязан согласовать с заказчиком

	соответствие предлагаемого аккумулятора установленному медицинскому оборудованию.