Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17941786-1
Сатып алудың атауы:	Мемлекеттік сатып алу хирургиялық тігіс материалы
Лоттың нөмірі:	№ 88227523-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жіп
Лоттың сипаттауы:	ленталық, полиамидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Хирургиялық тігіс материалы, Капрон (5.0)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнімдер "Полиамид" материалынан жасалған, сіңірілмейтін, өрілген хирургиялық синтетикалық жіптер болып табылады. Жіптер жақсы физикалық-механикалық және манипуляциялық қасиеттерге ие, орташа тіндік реакцияны тудырады. Жіптердің химиялық құрамы: модификацияланған полиамид. Өнімдер стерильді қаптамада келеді. Зарарсыздандыру әдісі: радиациялық (R). Кепілдік мерзімі-5 жыл Жіптің ұзындығы 75 см, атравматикалық инемен. Өлшемі (5.0).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17941786-1
Наименование закупки:	Государственный закуп Хирургический шовный материал
Номер лота:	№ 88227523-ЗЦП1
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	ленточная, полиамидная
Дополнительное описание лота:	Хирургический шовный материал, Капрон (5.0)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течений 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, не рассасывающийся, плетеный, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в стерильной упаковке. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет Длина нити 75 см, с атравматической колющей иглой. Размер (5.0).