Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық перинаталдық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық перинаталдық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17945150-1
Конкурстың атауы:	SLE 6000 медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жаңа туған нәрестелерге арналған желдеткіш жүйесі техникалық сипаттаманы мұқият оқып шығыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 88603721-ОК1
Лоттың атауы	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.200.000001
Қызметтің атауы:	Медициналық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	2200000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	2200000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	15 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	SLE 6000 өкпені жасанды желдету аппаратының шығыс материалдарын бір рет ауыстыру. **SLE6000 өкпені жасанды желдету аппаратының шығыс материалдары жиынтығын ауыстыру жөніндегі жұмыстар тізбесі:** 1) SLE6000 өкпені жасанды желдету аппаратының шығыс материалдары жиынтығын мынадай мөлшерде бір рет ауыстыру: - SLE 5000 және 6000 аппараттарына арналған көп рет қолданылатын ағын датчигі — 5 дана; 2) Көзбен шолып тексеру және профилактикалық жұмыстар: - сыртқы корпусты, панельдерді, дисплейді, қосылыстар мен шлангілерді тексеру; - қуат көзі мен батарея индикаторларының жұмысын тексеру; - жабдықтың сыртқы беттерін ластанудан тазарту. 3) Газ және пневматикалық жүйелерді тексеру және калибрлеу: - ауа мен оттегінің берілуін, оларды беру жүйесінің герметикалығын тексеру; - әрбір техникалық қызмет көрсетуден және датчиктерді, O_2 оттегі ұяшықтарын немесе негізгі құрамдас бөліктерді ауыстырғаннан кейін өндіруші зауыттың әдістемесіне сәйкес SI Certifier FA Plus Ventilator Test System 4080 мамандандырылған аппаратының көмегімен жабдықты калибрлеу; - қысым мен ағын реттегіштерін калибрлеу (Forward jet және Reverse Jet реттегіштерін тексеру). 4) Желдету режимдерінің функционалдық жұмысын тексеру: - негізгі CPAP, CMV, PSV режимдерін, сондай-ақ HFO режимін (қолдау көрсетілсе) тексеру; - параметрлердің көрсетілуін тексеру: қысым (PIP, PEEP), көлем, жиілік, ағындар; - дыбыстық және визуалды дабылдарды тексеру, олардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Жабдықты диагностикалау барысында анықталған және осы техникалық ерекшелікке енгізілмеген ақаулы қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын түпкілікті пайдаланушы бөлек ақы төлеп, өз бетінше сатып алады. **Түпкілікті пайдаланушыға кеңес беру** Жабдықтың бағдарламалық және аппараттық құралдарын пайдалану мәселелері бойынша кеңес беру жабдықты пайдалану орнында, оны диагностикалау кезінде, сондай-ақ Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша қосымша жүргізіледі. Жабдықты диагностикалау барысында анықталған және осы техникалық ерекшелікке енгізілмеген ақаулы қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын түпкілікті пайдаланушы бөлек ақы төлеп, өз бетінше сатып алады.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	Әлеуетті жеткізуші, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № KR DSM-273/2020 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға қызмет көрсетуді жүзеге асыру ережелерінің 2-тарауының 4-тармағына сәйкес: 2a, 2b және 3 қауіпсіздік класты медициналық жабдықтарға қызмет көрсету кезінде мыналарды ұсынуы тиіс: - ISO 9001 стандартына сәйкес жарамды сапа менеджменті жүйесінің сертификатын; - қызмет көрсетуді маманға (кемінде екі адамға) орындауға өндірушіден сертификатты; - МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖАБДЫҚ ӨНДІРУШІСІНІҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚҰҚЫҒЫНА ҚҰЖАТТАМА РАСТАУЫ (рұқсат хаты).

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области
№ конкурса:	№ 17945150-1
Наименование конкурса:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования SLE 6000 Система ИВЛ для новорожденных ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
Номер лота:	№ 88603721-ОК1
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.200.000001
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	2200000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	2200000

Срок оказания услуги:	в течение 15 календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Проведение разовой замены расходных материалов аппарата искусственной вентиляции лёгких SLE 6000. Перечень работ по замене комплекта расходных материалов искусственной вентиляции легких SLE6000: 1) Разовая замена комплекта расходного материала ИВЛ SLE6000 в количестве: - многоразовый датчик потока для SLE 5000 и 6000 - 5 шт; 1) Визуальный осмотр и профилактика: - проверка внешнего корпуса, панелей, дисплея, соединений и шлангов; - проверка функции индикаторов питания и батарей; - очистка внешних поверхностей оборудования от загрязнения. 2) Проверка и калибровка газовой и пневматической системы: - проверка подачи воздуха и кислорода, герметичности подачи; - калибровка оборудования на специализированном аппарате SI Certifier FA Plus Ventilator Test System 4080 после каждого ТО и замене датчиков, кислородных ячеек O2 или ключевых компонентов в соответствии с методикой завода-изготовителя; - калибровка регуляторов давления и потока (проверка Forward jet и Reverse Jet регуляторов). 3) Функциональная проверка режимов вентиляции: - проверка базовых режимов: CPAP, CMV, PSV, а также режима HFO (если поддерживается); - проверка отображения параметров: давления (PIP, PEEP), объем, частота, потоки; - проверка звуковых и визуальных тревог, обеспечение их корректной работы. Несправные запасные части и расходные материалы, выявленные в процессе диагностики оборудования и не включённые в настоящую техническую спецификацию, подлежат самостоятельному приобретению конечным пользователем за отдельную плату. Консультация конечного пользователя. Консультация проводятся по вопросам использования программных и аппаратных средств оборудования по месту эксплуатации во время диагностики оборудования и дополнительно по запросу Заказчика. Несправные запасные части и расходные материалы, выявленные в процессе диагностики оборудования и не включённые в настоящую техническую спецификацию, подлежат самостоятельному приобретению конечным пользователем за отдельную плату.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Потенциальный Поставщик, согласно пункта 4 главы 2 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской изделия в Республике Казахстан, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020: при осуществлении сервисного обслуживания медицинской техники 2а, 2б и 3 классов безопасности должен предоставить: - сертификат о наличии действующей системы менеджмента качества в соответствии ISO 9001; - сертификат на специалиста, не менее 2 человек, от завода изготовителя на проведения сервисного обслуживания; - ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (авторизационное письмо).