Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17874009-1
Сатып алудың атауы:	Вирусологиялық зертханаға арналған дәрі-дәрмектер және медициналық мақсаттағы бұйымдар (қосымша сипаттама бойынша қатаң түрде)
Лоттың нөмірі:	№ 84385511-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қан сарысуында (немесе таза қанда) С гепатитінің вирусына антиденелерді анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Набор для внутрилабортаорного контроля качества ИФА "Сыворотка содержащая антитела к вирусу гепатита С"
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы ул.Майдантал,4
Жеткізу мерзімі:	По мере необходимости в течение года по заявке Заказчика. В заявке указывается необходимое количество поставляемого Товара (частями). Поставка в течение 20 календарных дней с даты получения заявки.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ИФА «Құрамында ВГС сарысуы» (ВЛК ВГС) сапаны зертханалық бақылауға арналған жинақ. Өнімділік сипаттамалары: ВГС ВЛК жинағы in vitro диагностикалық зертханаларда ВГС анықтау сынақтарының қайталану мүмкіндігін бағалауға арналған. ВЛК қолдану ферменттік иммуносорбентті талдауды (ИФА) орындау кезінде қателерді анықтауға мүмкіндік береді. Жиынтыққа мыналар кіреді: ВГС ВЛК үлгісі, құрамында ВГС бар инактивтендірілген адам қан сарысуы негізінде лиофилденген. Қолдану жөніндегі нұсқаулық. Аналитикалық сипаттамалар: Бір сериядағы ВЛК флакондарының оптикалық тығыздығының оның орташа мәнінен максималды ауытқуы 10%-дан аспайды. ELISA-да ұсынылған оптикалық тығыздық диапазоны 0,5-тен 1,5 бірлікке дейін. Қойылатын талаптар: Сақтау және тасымалдау шарттары: Жинақ 2-ден 8°С-қа дейінгі температурада тасымалдануы керек. Жинақ өндірушінің қаптамасында 2-ден 8°С-қа дейінгі температурада сақталуы керек. Жеткізу кезінде сақтау мерзімі күнінен бастап кемінде 5 жыл болуы керек. Қазақстан Республикасында міндетті мемлекеттік тіркеуі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17874009-1
Наименование закупки:	Медикаменты и изделия медицинского назначения для вирусологической лаборатории (строго по дополнительному описанию)
Номер лота:	№ 84385511-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови (или цельной крови)
Дополнительное описание лота:	Набор для внутрилабортаорного контроля качества ИФА "Сыворотка содержащая антитела к вирусу гепатита С"
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Майдантал,4
Срок поставки:	По мере необходимости в течение года по заявке Заказчика. В заявке указывается необходимое количество поставляемого Товара (частями). Поставка в течение 20 календарных дней с даты получения заявки.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА «Сыворотка, содержащая ВГС» (ВЛК ВГС) Рабочие характеристики: Набор «ВЛК ВГС» предназначен для оценки воспроизводимости исследований по выявлению ВГС в лабораториях для диагностики in vitro. Использование ВЛК позволяет выявить ошибки при постановке иммуноферментного анализа (ИФА). В состав набора входят: Образец ВЛК ВГС, на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащей ВГС, лиофилизированный. Инструкция по применению. Аналитические характеристики: Максимальное отклонение оптической плотности ВЛК флаконов одной серии от её среднего значения не превышает 10%. Рекомендуемый диапазон оптической плотности в ИФА от 0,5 до 1,5 ед. опт. Требования: Транспортирование набора должно проводиться при температуре от 2 до 8° С, Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре от 2 до 8° С. Срок годность на момент поставки срок годности должен быть не менее 5 лет со дня выпуска. Обязательное наличие государственной регистрации в РК.