Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17885153-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82983456-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Өткізгіш жүйе
Лоттың сипаттауы:	катетер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Удлинитель
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттама: түпнұсқа Перфузор созғыштары ұзындығы 150 см. Жарықтан қорғалған, қызғылт сары түсті. Материал: фталатсыз ПВХ. Линияның толтырылу көлемі: 2,93 мл. Қосылым: Луэр-Лок. 2. функционалдық сипаттама: инфузиялық терапия кезінде линияны ұзарту үшін арналған. Перфузор мен басқа медициналық құрылғылармен қауіпсіз қосылуды қамтамасыз етеді. 3. сапалық сипаттама: фталатсыз ПВХ-дан жасалған, бұл ұзақ мерзімді қолдануда қауіпсіздік пен сенімділікті қамтамасыз етеді. Жарықтан қорғалған қызғылт сары линия жарыққа сезімтал ерітінділердің деградациясын болдырмайды. Медициналық бұйым көрінетін ақаусыз болуы тиіс. Өндірушінің түпнұсқа қаптамасында сериясы, өндіріс күні, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы және жарамдылық мерзімі көрсетіледі. Өндіруші ISO 13485 сапа менеджменті стандарттарына сәйкес тауарды шығарады. Маркировка және медициналық қолдану нұсқаулығы мемлекеттік және орыс тілдерінде беріледі. 4. эксплуатациялық сипаттама: Луэр-Лок жүйесі арқылы медициналық құрылғылармен оңай қосылады. Стандартты пайдалану шарттарында жұмыс істейді. Бір реттік. Жеткізбес бұрын: тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17885153-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82983456-ЗЦП2
Наименование лота:	Система проводниковая
Описание лота:	для катетера
Дополнительное описание лота:	Удлинитель
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: оригинальные удлинители Перфузор длиной 150 см. Светозащитные, оранжевого цвета. Материал: ПВХ без фталатов. Объем заполнения линии: 2,93 мл. Соединение: Луэр-Лок. 2. функциональная характеристика: предназначены для удлинения линии при инфузионной терапии. Обеспечивают безопасное соединение с перфузором и другими медицинскими устройствами. 3. качественная характеристика: изготовлены из ПВХ без фталатов, что гарантирует безопасность и надежность при длительном использовании. Светозащитная оранжевая линия предотвращает деградацию светочувствительных растворов. МИ не должно иметь видимых дефектов. Поставляется в оригинальной упаковке производителя с указанием серии, даты производства, регистрационного удостоверения, условий хранения, наименования производителя и срока годности. Производитель изготавливает товар в соответствии со стандартом системы управления качеством ISO 13485. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. 4. эксплуатационная характеристика: легко соединяется с медицинскими устройствами через систему Луэр-Лок. Работает при стандартных условиях эксплуатации. Одноразовые. Перед отправкой: Обязательное согласование с заказчиком."