Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17691732-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025654-ОИ2
Лоттың атауы :	Стандартты ерітінді
Лоттың сипаттауы:	концентрациясы нақты белгілі темір
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra Железо 200-кассета
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra Железо 200-кассета Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты — рабочие растворы: R1 Лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; нереактивное ПАВ SR Аскорбат натрия: 150 ммоль/л; FerroZine: 6 ммоль/л; консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке cobas c. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17691732-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025654-ОИ2
Наименование лота:	Стандартный раствор
Описание лота:	железо с точно известной концентрацией
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra Железо 200-кассета
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra Железо 200-кассета Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты — рабочие растворы: R1 Лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; нереактивное ПАВ SR Аскорбат натрия: 150 ммоль/л; FerroZine: 6 ммоль/л; консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке cobas c. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель.