Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17937155-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Дәрілік заттар мен басқа да медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88556944-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Индикатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | бумен тазалауды тексеру үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | "STERRAD медициналық зарарсыздандыру жүйесі" химиялық индикаторлары. Өлшемі 14х100 мм жолақтардың бетінде қызыл түсті химиялық индикатор болады. Зарарсыздандырудан кейін сутегі асқын тотығының буларымен байланыста индикатордың түсі қызылдан сарыға өзгереді. Жолақтар 1-сыныптың ішкі көрсеткіштері болып табылады-sterrad стерилизаторындағы циклдің куәсі (4х250 пакет) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік 47А |
| **Жеткізу мерзімі:** | қараша |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "STERRAD медициналық зарарсыздандыру жүйесі" химиялық индикаторлары. Өлшемі 14х100 мм жолақтардың бетінде қызыл түсті химиялық индикатор болады. Зарарсыздандырудан кейін сутегі асқын тотығының буларымен байланыста индикатордың түсі қызылдан сарыға өзгереді. Жолақтар 1-сыныптың ішкі көрсеткіштері болып табылады-sterrad стерилизаторындағы циклдің куәсі (4х250 пакет) |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17937155-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения. |
| **Номер лота:** | № 88556944-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Индикатор |
| **Описание лота:** | для контроля паровой стерилизации |
| **Дополнительное описание лота:** | Химические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» с технологией ALL Clear с принадлежностями и расходными материалами (4х250). Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad 100S |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 711310000, г.Астана, район Сарыарка г.Астана, район Сарыарка Бейбітшілік 47А |
| **Срок поставки:** | ноябрь |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Химические индикаторы из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX» с технологией ALL Clear с принадлежностями и расходными материалами (4х250). Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad 100S |