Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17961729-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88613003-ОИ2
Лоттың атауы:	Мегаомметр
Лоттың сипаттауы:	өлшеулер диапазоны 0,5 МОм - 1000 ГОм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"""Қысқа тұйықталу тогы: <2 мА Қуат: адаптер (міндетті емес, зарядтау функциясы жоқ), 6 × 1,5 в сілтілі АА батареялары Автоматты өшіру: √ Өзін-өзі құлыптау функциясы: √ Төмен батарея көрсеткіші: √ Деректерді сақтау: √ Автоматты разряд: √ Дыбыстық және визуалды дабыл: √ Шамадан тыс жүктеме көрсеткіші: √ Артқы жарық: √ оқшаулау кедергісін тексеруге арналған құрал, сынақ мегаомметрі кернеуі 500В"
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ток короткого замыкания: 2 мА Питание: адаптер (опционально, без функции зарядки), 6 × 1,5 В щелочные батареи АА Автоматическое выключение: √ Функция самоблокировки: √ Индикация низкого заряда батареи: √ Удержание данных: √ Автоматический разряд: √ Звуковая и визуальная сигнализация: √ Индикация перегрузок: √ Подсветка: √ Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17961729-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88613003-ОИ2
Наименование лота:	Мегаомметр
Описание лота:	диапазон измерений 0,5 МОм - 1000 ГОм
Дополнительное описание лота:	"""Ток короткого замыкания: <2 мА Питание: адаптер (опционально, без функции зарядки), 6 × 1,5 В щелочные батареи AA Автоматическое выключение: √ Функция самоблокировки: √ Индикация низкого заряда батареи: √ Удержание данных: √ Автоматический разряд: √ Звуковая и визуальная сигнализация: √ Индикация перегрузок: √ Подсветка: √ Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В"
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Қысқа тұйықталу тогы: 2 мА Қуат: адаптер (міндетті емес, зарядтау функциясы жоқ), 6 × 1,5 в сілтілі AA батареялары Автоматты өшіру: √ Өзін-өзі құлыптау функциясы: √ Төмен батарея көрсеткіші: √ Деректерді сақтау: √ Автоматты разряд: √ Дыбыстық және визуалды дабыл: √ Шамадан тыс жүктеме көрсеткіші: √ Артқы жарық: √ оқшаулау кедергісін тексеруге арналған құрал, сынақ мегаомметрі кернеуі 500В"