Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17969468-1
Сатып алудың атауы:	Жоғарғы тыныс жолдары мен құлақ қуысын сәулелендіру үшін ультракүлгін стационарлық сәулелендіргішті сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84416118-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық, жарық жылулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғарғы тыныс жолдары мен құлақ қуысын сәулелендіруге арналған стационарлық ультракүлгін сәулелендіргіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы, 107/5
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ультракүлгін стационарлық сәулелендіргішті сатып алу. ҚР аумағында тіркеудің болуымен. В сәулелендіргіштегі ультракүлгін сәулелену көзі ретінде жоғары қысымды сынап-кварц шамдары қолданылады DRT-240. Ультракүлгін сәулелер ағыны шоғырланған түтіктердің көмегімен жеке айналар байқауға мүмкіндік береді сәулелер ағынының бағытынан тыс, перделер аймақты келесіге бөледі төрт сектор, бұл пациенттерге ыңғайлы. Дереккөз сәулелену: DRT-240-1 жоғары қысымды шам. Салмағы артық емес 11. Қуаты - ва 1000-нан аспайды.Габариттік өлшемдері артық емес 540х500х280мм. түтіктің шығу тесігіндегі сәулелену ауыз қуысы түтікшенің көлденең орналасуымен және толығымен ұзартылған адаптер. Вт/м2 .Жиіліктегі кернеу В / жиілігі, ГЦ 220 +-22/50.Орналастыру әдісі жұмыс үстелі .С оқыту және орнату.. Әлеуетті жеткізуші өнімнің сәйкестік сертификаттарына ие болыңыз, техникалық ерекшелікте көрсетілген әлеуетті жеткізуші.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17969468-1
Наименование закупки:	Приобретение облучателя ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха
Номер лота:	№ 84416118-ЗЦП2
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	медицинский, светотепловой
Дополнительное описание лота:	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Проспект Достык, 107/5
Срок поставки:	В течение пятнадцати календарных дней с момента подписания договора о государственных закупках
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение облучателя ультрафиолетового стационарного. С наличием регистрации на территории РК. В качестве источника УФ-излучения в облучателе используются ртутно-кварцевые лампы высокого давления ДРТ-240. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. Источник излучения:лампа высокого давления ДРТ-240-1. Масса не более 11. Мощность -ВА не более 1000.Габаритные размеры не более 540х500х280мм. Облученость в выходным отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике. Вт/м2 .Напряжение в частотах В/частота ,ГЦ 220 +-22/50.Способ размещение настольный .С обучением и установкой.. Потенциальный поставщик должен иметь сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.