Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82833917-3ЦП1
Лоттың атауы:	Катетер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансфеморальды және трансрадиалды интервенцияға арналған атравматикалық ұшы бар гибридті бағыттаушы катетер
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Трансфеморальды/трансрадиалды интервенцияға арналған гибридті өткізгіш катетер Саны: 4 дана Проксимальды, ортаңғы және дистальды бөліктерінің қаттылығы өзгермелі, трансфеморальды және трансрадиалды интервенциялық емшараларға арналған өткізгіш катетер. Өлшемдері: 6 Fr, 7 Fr және 8 Fr. Дистальды ұшы: ішкі және сыртқы жиектері дөңгеленген, атравматикалық. Бүйірлік тесіктері болуы тиіс. Қысқартылған ұштары болуы тиіс. Ішкі қабаты: PTFE немесе үйкеліс коэффициенті төмен баламалы материал. Ішкі саңылауы: 6 Fr үшін – кемінде 0,071 дюйм (1,80 мм). 7 Fr үшін – кемінде 0,081 дюйм (2,05 мм). 8 Fr үшін – кемінде 0,090 дюйм (2,28 мм). Жұмыс ұзындығы: 100 см. Конструкциясы рентгенологиялық визуализацияның жоғары сапасын, бүгілуге төзімділікті және интервенциялық құралдарды өткізу кезінде жеткілікті тірек беріктігін қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 82833917-3ЦП1
Наименование лота:	Катетер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Катетер проводниковый гибридный для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции с атравматичным кончиком
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Катетер проводниковый гибридный для трансфеморальной/ трансрадиальной интервенции Количество: 4 шт. Катетер проводниковый для трансфеморальных и трансрадиальных интервенционных процедур с переменной жесткостью проксимального, среднего и дистального участков. Размеры — 6 Fr, 7 Fr и 8 Fr. Дистальный кончик — атравматичный, с закругленными внутренними и наружными краями. Наличие боковых отверстий. Наличие укороченных кончиков. Внутренний слой — PTFE или эквивалентный материал с низким коэффициентом трения. Внутренний просвет: для 6 Fr — не менее 0,071 дюйма (1,80 мм); для 7 Fr — не менее 0,081 дюйма (2,05 мм); для 8 Fr — не менее 0,090 дюйма (2,28 мм). Рабочая длина — 100 см. Конструкция должна обеспечивать хорошую рентгеновскую визуализацию, устойчивость к перегибу и достаточную поддержку при проведении интервенционных инструментов. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.