Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18022098-1
Сатып алудың атауы:	Рудный қаласында тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88899299-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	жылулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Сеченов көшесі 25
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бөлшектеу, монтаждау, сатып алу және туралау жылу есептегіші. ТВ1 және ТВ21 жүйелеріндегі өлшенетін шамалар Вагон атауы Диапазон және бірлік өлшенді. G1 Көрсеткіштері...G3 көлемдік шығыны 0-106 м3 / сағ ағымдағы tl...T3 су температурасы 0-180,00 °C P1...P3 * артық қысым 0 -16,00 кгс / см2 dt температура айырмашылығы су t1-t2 2-180.00 °C tx суық судың температурасы 0-180,00 °c ta Ауа температурасы минус 50,00-130,00 °C Ағымдағы және мұрағаттық орта VI...V3 су көлемі 0-108 м3 M1....M3 судың массасы Мг** 0 — 108 т Qo жүйесінен алынған судың массасы Жылу энергиясы толық Qг жылу энергиясы в құбыр 3 0 -107 Гкал ВНР уақыты шот фактураның болмауы кезінде қалыпты жұмыс 0-5х104 сағат қорытынды және мұрағаттық СТ РК 2.105-2006

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18022098-1
Наименование закупки:	Приобретение товара в г.Рудный
Номер лота:	№ 88899299-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Описание лота:	тепловой
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный ул.Сеченова 25
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня подписания договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Демонтаж, монтаж, приобретение и юстировка тепловычислителя. Измеряемые величины в системах ТВ1 и ТВ21 Обоз Наименование Диапазон и ед. измерен. Показания G1...G3 Объемный расход 0 - 106 м3 /ч Текущие tl...t3 Температура воды 0 - 180,00 °С Р1...Р3* Избыточное давление 0 -16,00 кгс/см2 dt Разность температур в воды t1 -t2 2 – 180.00 °С tx Температура холодной воды 0 — 180,00 °С ta Температура воздуха минус 50,00 - 130,00 °С Текущие и архивные средние VI...V3 Объем воды 0-108 м3 М1....М3 Масса воды Mr** Масса воды, отобранной из системы 0 — 108 т Qo Тепловая энергия полная Qr Тепловая энергия в трубопроводе 3 0 -107 Гкал ВНР Время нормальной работы ВОС Время отсутствия счета 0-5х104 час Итоговые и архивные СТ РК 2.105-2006