Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013440-1
Сатып алудың атауы:	Екі шамды бактерицидтік сәулелендіргіш
Лоттың нөмірі:	№ 88624904-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі шамды бактерицидтік сәулелендіргіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334253100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Мұқры а. Жамбыл 22/А
Жеткізу мерзімі:	шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бактерицидті сәулелендіргіш Қолданылу аясы: Балабақшалар, жылдам тамақтану орындары, HoReCa секторы (қонақ үйлер, мейрамханалар, дәмханалар), емханалар мен медициналық мекемелер, сауда орындары, көлік, тамақ өнеркәсібі, кеңселер және түрлі мекемелер Жабдық түрі: Жылжымалы Орнату тәсілі: Еденге қойылатын Бөлме ауданы: 60 ш. м Габариттік өлшемдері Ұзындығы: 300 мм Ені: 300 мм Биіктігі: 1200 мм Салмағы: 5 кг Жылжымалы бактерицидтік сәулелендіргіш (дөңгелектері бар), 2×30 Вт / 60 м²-ге дейін Екі дана 30 Вт-тық ультракүлгін шаммен жабдықталған бұл жылжымалы бактерицидтік сәулелендіргіш ауданы 60 м²-ге дейінгі бөлмелердегі ауаны және ашық беттерді тиімді дезинфекциялауға арналған. Оны медициналық мекемелерде, білім беру орындарында, кеңселерде, сұлулық салондарында және басқа да қоғамдық орындарда қолдануға болады. Техникалық сипаттамалары: • Шам түрі: Ультракүлгін бактерицидтік (2 дана × 30 Вт) • Жалпы бактерицидтік ағын: 15,3 Вт • 1 м қашықтықтағы сәулелену қарқындылығы: 1,5 Вт/м² • Өнімділігі: 120–150 м³/сағ (30 минуттық жұмыс режимі негізінде) • Қамту ауданы: 60 м²-ге дейін • Шамның қызмет ету мерзімі: 8 000 сағатқа дейін (тиімді бактерицидтік жұмыс режимінде) • Қуат көзі: 220 В / 50 Гц • Қуат сымының ұзындығы: 2 метрге дейін • Орнату түрі: едендік, жылжымалы (дөңгелектері бар) • Корпус материалы: қорғаныш жабыны бар металл • Корпус түсі: ақ / сұр (партияға байланысты өзгеруі мүмкін); құжаттамалық сертификаты бар Өнім атауы: Медициналық стетофонендоскоп (педиатриялық/балаларға арналған). • Қолданылу мақсаты: Мектепке дейінгі мекеменің медициналық кабинетінде балалардың жүрегін, өкпесін және қан тамырларын аускультациялауға (дыбыстарын тыңдауға), сондай-ақ қан қысымын өлшеуге арналған. • Бастиек түрі: Екі жақты (айналмалы/ауыстырмалы); бір жағында мембранасы, ал екінші жағында ашық воронкасы (қоңырауы) бар. • Бастиек материалы: Жеңіл металл (алюминий қорытпасы) немесе хромдалған болат; қайта-қайта санитарлық өңдеу мен дезинфекциялауға төзімді. Педиатриялық стетоскоп бастиегінің ерекшеліктері: Бала терісіне тиген кезде жағымсыз сезім тудырмас үшін, оның конустық бөлігінде де, мембранасында да «суық сезілмейтін» пластик жиектеме қарастырылған. • Мембрана диаметрі: 30–35 мм-ден аспайды (баланың кішірек кеуде қуысына бейімделген). • Конустық бөліктің диаметрі: 20–25 мм-ден аспайды. • Дыбыс өткізу жүйесі: Жарылуға төзімді, тығыз әрі икемді поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған, бір немесе екі арналы түтікшелер. Түтікшелердің (дыбыс өткізгіш түтіктердің) ұзындығы: 55-тен 65 см-ге дейін

	(баланы тексеру кезінде ыңғайлы қашықтықты сақтау үшін оңтайлы). • Құлаққап бөлігі: Сыртқы немесе ішкі серіппелі механизмі бар, хромдалған немесе металл бинауральды түтіктер. • Құлақ ұштары: Анатомиялық пішінді, жұмсақ (конус тәрізді немесе дөңгеленген); құлаққа тығыз орналасып, сыртқы шудан оқшаулауды қамтамасыз етеді. • Жинақ құрамы: 1 толық құрастырылған құрылғы; 1 пайдалану жөніндегі нұсқаулық (мемлекеттік тілде және орыс тілінде). • Санитарлық-гигиеналық талаптар: Құрылғыда қолданылған материалдар медициналық стандарттарға сәйкес химиялық ерітінділермен жүйелі түрде дезинфекциялауға төзімді болуы тиіс. Сондай-ақ, сертификаты болуы және жарамдылық мерзімі көрсетілуі қажет

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013440-1
Наименование закупки:	Облучатель бактерицидный двух ламповый
Номер лота:	№ 88624904-3ЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Облучатель бактерицидный 2-х ламповый
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334253100, область Жетiсу, Коксуский район, с.Мукры Жамбыл 22/А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бактерицидный облучатель Сфера использования Для садика , Fast-food, HoReCa, Клиники и медицинские учреждения, Торговые магазины, Транспорт, Пищевая промышленность, Офисы организаций, В учреждениях Тип установки оборудования Мобильный Способ установки Напольный Площадь помещения 60 кв.м Габаритные размеры Длина 300 мм Ширина 300 мм Высота 1200 мм Вес 5 кг Бактерицидный облучатель передвижной на колесиках, 2×30 Вт / до 60 м² Мобильный бактерицидный облучатель с двумя УФ-лампами по 30 Вт предназначен для эффективной дезинфекции воздуха и открытых поверхностей в помещениях площадью до 60 м². Подходит для использования в медицинских учреждениях, образовательных организациях, офисах, салонах красоты и других общественных помещениях. Характеристики: • Тип лампы: Ультрафиолетовая бактерицидная (2 шт. × 30 Вт) • Суммарный бактерицидный поток: 15,3 Вт • Облучённость на расстоянии 1 м: 1,5 Вт/м² • Производительность: 120–150 м³/ч (при работе в течение 30 минут) • Охват помещения: до 60 м² • Ресурс лампы: до 8000 часов эффективной бактерицидной работы • Питание: 220 В / 50 Гц • Длина шнура питания: до 2 метров • Тип установки: напольная, передвижная (на колесах) • Материал корпуса: металл с защитным покрытием • Цвет корпуса: белый / серый (зависит от партии) с документом сертификатом • Наименование товара: Стетофонендоскоп медицинский (педиатрический/ детский). • Назначение: Предназначен для аускультации (выслушивания) сердца, легких, сосудов и измерения артериального давления у детей в условиях медицинского кабинета дошкольной организации. • Тип головки: Двусторонняя (поворотная), переключаемая, с наличием мембраны с одной стороны и открытого колокола с другой стороны. • Материал головки: Легкий металл (алюминиевый сплав) или хромированная сталь, устойчивая к многократной санитарной обработке и дезинфекции. • Особенности головки для педиатрии: Наличие пластикового антихолодового кольца (ободка) на колоколе и мембране для исключения тактильного дискомфорта у детей при соприкосновении с кожей. • Диаметр мембраны: Не более 30–35 мм (адаптирован для маленькой грудной клетки ребенка). • Диаметр колокола: Не более 20–25 мм. • Звукопроводящая система: Одноканальная или двухканальная трубка (фоновод) из плотного, эластичного поливинилхлорида (ПВХ), устойчивого к растрескиванию. • Длина трубок (звукопровода): В диапазоне от 55 до 65 см (оптимально для сохранения комфортной дистанции при осмотре ребенка). • Оголовье: Хромированные или металлические бинауральные трубки с

	наружной или внутренней пружиной. • Ушные оливы: Анатомические, мягкие (конические или округлые), обеспечивающие плотное прилегание и изоляцию от внешних шумов. • Комплектация: Прибор в сборе — 1 шт., руководство по эксплуатации/ инструкция на государственном и русском языках — 1 шт. • Санитарно-гигиенические требования: Материалы прибора должны быть устойчивы к регулярной дезинфекции химическими растворами согласно медицинским стандартам. Сертификатом и срок годностью[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10