Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17978094-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектерді және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88717951-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ау өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балаларға арналған бір реттік стерильді түтік (көбінесе орофарингеальды / орофарингеальды немесе Гведель типі бойынша) - бұл жоғарғы тыныс жолдарын қалпына келтіруге және сақтауға арналған медициналық құрал
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Мкр-н М.Русакова д.13
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізілу керек
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стерильді бір реттік балаларға арналған ауа өткізгіш Анестезиологияда, реанимацияда және шұғыл көмек көрсетуде балалардағы жоғарғы тыныс жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру және қолдау үшін стерильді бір реттік ауа өткізгіштер қолданылады. Белгілі бір модельді таңдау енгізу әдісіне және баланың жасына байланысты. 1. Балаларға арналған каналдардың негізгі түрлері Орофарингеальды (ауыз қуысы, Гведель немесе Берман түрі). Бұл жұмсақ полиэтиленнен немесе ПВХ-дан жасалған анатомиялық иілген түтік, ол баланың арнаны тістеуіне жол бермейді. Жұтқыншақ рефлексі жоқ пациенттерде қолданылады (терең бейсаналық күйде немесе анестезиямен). Назофарингеальды (мұрын-жұтқыншақ). Мұрын жолы арқылы енгізілген қиғаш кесілген және шектеу сақинасы бар икемді түтік. Жұтқыншақ рефлексі сақталған балаларға, тризмге (шайнау бұлшықеттерінің спазмы) немесе ауыз қуысының жарақаттарына жарамды. Балалар үшін ішкі диаметрі (ID) 3,5-тен 5,5 мм-ге дейінгі модельдер таңдалады. Балабақшаның алғашқы медициналық көмек жинағы үшін (балалардың жасы әдетте 1-2-ден 6-7 жасқа дейін) гведела типті орофарингеальды каналдар оңтайлы болып табылады.негізгі мөлшері: № 1. 1. Балабақша үшін қандай өлшемдерді таңдау керек Өлшемі № 0 (ұзындығы 50-60 мм). Бүлдіршіндер мен бастауыш мектеп жасына дейінгі балаларға жарамды (шамамен 1 жастан 3-4 жасқа дейін). Өлшемі № 1 (ұзындығы 60-70 мм). Орта және үлкен мектеп жасына дейінгі балаларға жарамды (шамамен 3-4 жастан 7 жасқа дейін). Қолдану кезінде нұсқаулық. Енгізер алдында құбыр баланың бетіне қолданылады. Дұрыс таңдалған өнім ұзындығы бойынша ауыздың бұрышынан төменгі жақтың бұрышына дейінгі қашықтыққа сәйкес келеді. Балабақшадағы алғашқы медициналық көмек жинағын аяқтау үшін стерильді бір реттік түтіктерге түрлі-түсті загубникпен жеке қаптамада тапсырыс беру ыңғайлы (сондықтан медицина қызметкері төтенше жағдайда мөлшерін бірден ажырата алады) Жеткізу қараша айы 2026 жыл. сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі мына мекенжайға жеткізілуі тиіс: Балқаш қ.м-кр. М. Русакова, № 13 ғимарат, жеткізушінің есебінен. Қосымша ақпарат пен анықтаманы телефондар арқылы алуға болады: 8(71036)5-46-45,5-54-10 Жеткізуші тауарлардың бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Соңғы пунктке тасымалдау кезінде. Жеткізуші Тапсырыс берушімен тауардың түрін, түрін, түсін ,мөлшерін келісуі керек. Сертификатсыз және техникалық талаптарды бұза отырып берілген тауар қайтарылуға жатады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17978094-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Номер лота:	№ 88717951-ЗЦП1
Наименование лота:	Воздуховод
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Детский одноразовый стерильный воздуховод (чаще всего ротоглоточный / орофарингеальный или по типу Гведела) — это медицинское изделие, предназначенное для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш Мкр-н М.Русакова д.13
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Воздуховод стерильный одноразовый детский Для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей у детей в анестезиологии, реанимации и при оказании неотложной помощи используют стерильные одноразовые воздуховоды. Выбор конкретной модели зависит от способа введения и возраста ребенка. 1. Основные виды детских воздуховодов Орофарингеальные (ротовые, тип Гведела или Бермана). Представляют собой анатомически изогнутую трубку из мягкого полиэтилена или ПВХ с жестким загубником (байт-блоком), который не дает ребенку прикусить канал. Применяются у пациентов без глоточного рефлекса (в глубоком бессознательном состоянии или под наркозом). Назофарингеальные (носоглоточные). Гибкая трубка с косым срезом и ограничительным кольцом, вводимая через носовой ход. Подходит для детей с сохраненным глоточным рефлексом, при тризме (спазме жевательных мышц) или травмах ротовой полости. Для детей выбирают модели с внутренним диаметром (ID) от 3,5 до 5,5 мм. Для аптечки детского сада (возраст детей обычно от 1–2 до 6–7 лет) оптимально подходят орофарингеальные воздуховоды типа Гведела основной размер: № 1. 1. Какие размеры выбрать для детского сада Размер № 0 (длина 50–60 мм). Подходит для детей ясельного и младшего дошкольного возраста (примерно от 1 до 3–4 лет). Размер № 1 (длина 60–70 мм). Подходит для детей среднего и старшего дошкольного возраста (примерно от 3–4 до 7 лет). Ориентир при применении. Перед введением воздуховод прикладывают к лицу ребенка. Правильно подобранное изделие по длине совпадает с расстоянием от угла рта до угла нижней челюсти. Для комплектации аптечки в детском саду удобно заказывать стерильные одноразовые воздуховоды в индивидуальной упаковке с цветным загубником (чтобы медработник мог мгновенно отличить размер в экстренной ситуации) Поставка ноябрь месяц 2026года. полный перечень закупаемых товаров должен быть доставлен по адресу: г. Балхаш м-кр. М. Русакова, здание № 13, за счет Поставщика. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 8(71036)5-46-45,5-54-10 Поставщик обязан обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения. Во время перевозки к конечному пункту. Поставщик должен согласовать с заказчиком вид, тип, цвет ,размер товара. Товар предоставленный без сертификата и с нарушением технических требований подлежит возврату.