Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17997352-1
Конкурстың атауы:	2027 жылға арналған өлшем құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 88641181-ОК1
Лоттың атауы	Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	712019.000.000005
Қызметтің атауы:	Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	1724137.94
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	1724137.94
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Шартқа 2 қосымшада көрсетілген кестесіне сәйкес (техникалық ерекшелік)

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫН САЛЫСТЫРЫП ТЕКСЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 1. Қызметтерді көрсетуге негіздеме 1) 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 2) «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 3) Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері. 4) Өлшеу құралдарының тиісті түрлеріне арналған қолданыстағы салыстырып тексеру әдістемелері. 2. Қызметтерді көрсетуге қойылатын жалпы талаптар. 2.1. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді өлшеу құралдарының түрлерін салыстырып тексеру құқығына сәйкестікті бағалау саласында қолданыстағы аккредиттеуі бар Орындаушы жүзеге асыруы тиіс. 2.2. Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. 2.3. Салыстырып тексеру жүргізілетін негізгі орын – Орындаушының салыстырып тексеру зертханасы. Салыстырып тексеру әдістемелерінде және өлшеу құралдарының техникалық сипаттамаларында көзделген жағдайларда салыстырып тексеру Орындаушы мамандарының Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне баруы арқылы тікелей сол жерде жүргізілуі мүмкін. 2.4. Орындаушы өлшеу құралдарын қабылдауды, тасымалдауды, сақталуын қамтамасыз етуді және Тапсырыс берушіге қайтаруды міндетіне алады. 2.5. Орындаушы осы техникалық ерекшелікте көрсетілген кестеге (айларға) сәйкес қызметтерді көрсетуге тікелей кірісуге міндетті. 2.6. Орындаушы қызметтерді көрсету сапасы мен мерзімдеріне әсер етуі немесе олардың уақытылы аяқталуына кедергі келтіруі мүмкін мән-жайлар, сондай-ақ ықтимал қолайсыз салдарлар туралы Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етуге міндетті. 3. Манометрлер мен 800TS үлгісіндегі микропланшеттік абсорбциялық ридерді салыстырып тексеру кезіндегі ерекше шарттар. 3.1. Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында электрконтактілі және техникалық манометрлерді салыстырып тексеруге тапсырған кезде Орындаушы салыстырып тексеруге берілген манометрлердің орнына Тапсырыс берушіге уақытша пайдалануға жарамды манометрлерді ұсынуға міндетті. 3.2. Уақытша пайдалануға берілетін манометрлер салыстырып тексеруге тапсырылған аспаптардың функционалдық мақсаты мен техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі, техникалық тұрғыдан жарамды күйде болуы және тиісті құжаттармен расталған қолданыстағы салыстырып тексеру нәтижесіне ие болуы тиіс. 3.3. Уақытша пайдалануға берілетін манометрлердің саны Тапсырыс беруші бір мезгілде салыстырып тексеруге тапсырған манометрлердің санына сәйкес болуы тиіс. 3.4. Уақытша пайдалануға берілетін манометрлер негізгі аспаптарды салыстырып тексеруге тапсырумен бір мезгілде ұсынылады және негізгі аспаптар салыстырып тексеру нәтижелері ресімделіп, Тапсырыс берушіге қайтарылғанға дейін оның иелігінде болады. 3.5. Уақытша манометрлерді ұсыну, жеткізу, ауыстыру және қайтару Орындаушының есебінен,

	Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы алынбай жүзеге асырылады. 3.6. Негізгі және уақытша манометрлерді тапсыру жабдықтың атауы, түрі (маркасы), зауыттық нөмірі, саны және техникалық жай-күйі көрсетілген екіжақты қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді. 3.7. Уақытша манометрлер Тапсырыс берушінің иелігінде болған кезеңде олардың сақталуы мен техникалық жай-күйіне Орындаушы жауапты болады. 3.8. 800TS моделінің микрожоспарлы абсорбциялық ридерін тексеру бекітілген тексеру әдістемесіне және жабдықты дайындаушының техникалық талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. Орындаушы әдістемеде көзделген барлық рәсімдердің сақталуын және тексерудің дәйекті нәтижелерін алуды қамтамасыз етуге міндетті. 4. Салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу. 4.1. Әрбір өлшеу құралын салыстырып тексеру нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге төмендегілерді ұсынуға міндетті: 1) Белгіленген талаптарға сәйкес өлшеу құралына басылатын салыстырып тексеру таңбасының бедерін немесе өздігінен жабысатын салыстырып тексеру заттаңбасын (лейбл). 2) Өлшеу құралын салыстырып тексеру туралы қағаз жеткізгіштегі сертификат. 4.2. Салыстырып тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда – өлшеу құралының жарамсыздығы туралы қағаз жеткізгіштегі хабарлама. 4.3. Салыстырып тексерудің оң нәтижелері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен расталуы тиіс. 4.4. Салыстырып тексеру нәтижелері туралы құжаттарда өлшеу құралын бірмәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер, оның ішінде атауы, түрі (маркасы) және зауыттық нөмірі көрсетілуі тиіс. 4.5. Орындаушы салыстырып тексеру нәтижелерінің дұрыс әрі шынайы ресімделуін қамтамасыз етуге міндетті. 4.6. Термометрлер мен дозаторларды салыстырып тексеру сертификаттарында өлшеу белгісіздігін есептеу нәтижелері тиісті мәндерімен бірге, қолданылатын салыстырып тексеру әдістемелері мен нормативтік талаптарға сәйкес ресімделіп көрсетілуі тиіс. 5. Қызметтерді көрсету мерзімдері мен тәртібі. 5.1. ӘРБІР ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫ ОРЫНДАУШЫҒА НАҚТЫ ТАПСЫРЫЛҒАН КҮННЕН БАСТАП 15 (ОН БЕС) КҮНТІЗБЕЛІК КҮННЕН АСПАУЫ ТИІС. 5.2. Көрсетілген мерзім ішінде Орындаушы салыстырып тексеруді жүргізуге, оның нәтижелерін ресімдеуге, тиісті құжаттарды ұсынуға және өлшеу құралын Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті. 5.3. ҚЫЗМЕТТЕР 2027 ЖЫЛ БОЙЫ ОСЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕ КӨЗДЕЛГЕН КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС АЙ САЙЫН КӨРСЕТІЛЕДІ. 5.4. Орындаушы салыстырып тексеру кестесінде көрсетілген айларда қызметтерді көрсетуді уақтылы бастауды қамтамасыз етуге міндетті. 5.5. ӘРБІР ЕСЕПТІ АЙДА ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН КЕЙІН ОРЫНДАУШЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР АКТІСІН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТҮРДЕ РЕСІМДЕП, ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ ЖІБЕРУГЕ МІНДЕТТІ. 5.6. Көрсетілген қызметтерді қабылдау үшін әрбір өлшеу құралының салыстырып тексеруден нақты өткізілуі және салыстырып тексеру нәтижелерін растайтын құжаттардың ұсынылуы негіз болып табылады. 6. Қызметтердің құны. 6.1. Қызметтердің құны шарттық міндеттемелерді толық

	әрі тиісінше орындау үшін қажетті Орындаушының барлық шығындарын, оның ішінде мыналарды қамтуы тиіс: 1) Өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді жүргізу; 2) Салыстырып тексеру сертификаттарын ресімдеу және беру; 3) Жарамсыздығы туралы хабарламаларды ресімдеу; 4) Салыстырып тексеру заттаңбаларын (лейблдерді) дайындау және жапсыру; 5) Өлшеу құралдарын Тапсырыс берушіден Орындаушының зертханасына дейін және кері қарай тасымалдау; 6) Қажет болған жағдайда Орындаушы мамандарының Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне баруы; 7) Негізгі аспаптарды салыстырып тексеру кезеңінде уақытша манометрлерді ұсыну; 8) Уақытша манометрлерді жеткізу, ауыстыру және қайтару; 9) Жабдықты буып-түю, тиеу және түсіру; 10) Қызметтерді көрсетуге тікелей байланысты өзге де ілеспе шығындар. 7. Өлшеу құралдарының тізбесі және қызметтерді көрсету кестесі. 7.1. Салыстырып тексеруге жататын өлшеу құралдарының жабдық атауы, түрі (маркасы), саны, зауыттық нөмірлері, шығарылған жылы, соңғы және жоспарлы салыстырып тексеру күндері көрсетілген тізбесі осы техникалық ерекшеліктің № 1 қосымшасында келтірілген. 7.2. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру № 1 қосымшада көзделген кестеге сәйкес ай сайын жүргізіледі. 7.3. Орындаушы барлық өлшеу құралдарын бекітілген тексеру кестесіне сәйкес белгіленген мерзімдерде уақтылы тексеруден өткізуді қамтамасыз етуге міндетті. 7.4. Салыстырып тексеру мерзімдерін өзгертуге мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген тәртіппен тараптардың өзара келісімі бойынша ғана жол беріледі. 8. Көрсетілген қызметтердің нәтижесі 8.1. Қызметтерді көрсетудің нәтижесі Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын салыстырып тексеруден өткізу, әрбір өлшеу құралы бойынша салыстырып тексеру нәтижелерін растайтын құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсыну, салыстырып тексеру нәтижелері оң болған жағдайда салыстырып тексеру таңбаларын (заттаңбаларын) қою, ал салыстырып тексеру нәтижелері теріс болған жағдайда жарамсыздығы туралы хабарламалар беру, сондай-ақ өлшеу құралдарын Тапсырыс берушіге қайтару болып табылады. 8.2. Тонометрлерді салыстырып тексеру кезінде Орындаушы негізгі тонометрлер Орындаушының иелігінде болатын барлық кезеңге Тапсырыс берушіні жарамды күйдегі және қолданыстағы салыстырып тексеруден өткен уақытша тонометрлермен қосымша қамтамасыз етуге міндетті.

Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр крови" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр крови" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
№ конкурса:	№ 17997352-1
Наименование конкурса:	Услуги по поверке средств измерений на 2027 год
Номер лота:	№ 88641181-ОК1
Наименование лота:	Услуги по поверке средств измерений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	712019.000.000005
Наименование услуги:	Услуги по поверке средств измерений
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	1724137.94
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	1724137.94
Срок оказания услуги:	Согласно графику указанным в Приложении 2 к Договору (техническая спецификация)
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 1. Основание для оказания услуг 1) Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений». 2) Закон Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия». 3) Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие деятельность в области обеспечения единства измерений. 4) Действующие методики поверки соответствующих видов средств измерений. 2. Общие требования к оказанию услуг 2.1. Поверку средств измерений должен осуществлять Исполнитель, имеющий действующую аккредитацию в области оценки соответствия на право проведения поверки соответтвующих видов средств измерений. 2.2. Все средства измерений, указанные в настоящей технической спецификации, внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. 2.3. Основным местом проведения поверки является поверочная лаборатория Исполнителя. В случаях, предусмотренных методиками поверки и техническими характеристиками средств измерений, поверка может проводиться непосредственно по месту нахождения Заказчика с выездом специалистов Исполнителя. 2.4. Исполнитель обязан обеспечить прием, транспортировку, сохранность и возврат средств измерений Заказчику. 2.5. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг непосредственно в соответствии с графиком (месяцами), указанным в настоящей технической спецификации. 2.6. Исполнитель обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки оказания услуг либо препятствовать их своевременному завершению. 3. Особые условия при поверке монометров и микропланшетного абсорбционного ридера модели 800TS 3.1. В целях обеспечения бесперебойной работы структурных подразделений Заказчика при передаче электроконтактных и технических манометров на поверку Исполнитель обязан предоставить Заказчику во временное пользование исправные манометры взамен переданных на поверку. 3.2. Временные манометры должны соответствовать функциональному назначению и техническим характеристикам передаваемых на поверку приборов, находиться в исправном техническом состоянии и иметь действующую поверку, подтвержденную соответствующими документами. 3.3. Количество предоставляемых временных манометров должно соответствовать количеству манометров, одновременно переданных Заказчиком на поверку. 3.4. Временные манометры предоставляются одновременно с передачей основных приборов на поверку и находятся у Заказчика до возврата основных приборов с оформленными результатами поверки. 3.5. Предоставление, доставка, замена и возврат временных манометров осуществляются за счет Исполнителя без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 3.6. Передача основных и временных манометров оформляется двусторонним актом приема-передачи с указанием наименования, типа (марки), заводского номера, количества и технического состояния оборудования. 3.7. Исполнитель несет

	ответственность за сохранность и техническое состояние временных манометров на период их нахождения у Заказчика. 3.8. Поверка микропланшетного абсорбционного ридера модели 800TS должна проводиться в соответствии с утверждённой методикой поверки и техническими требованиями изготовителя оборудования. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение всех предусмотренных методикой процедур и получение достоверных результатов поверки. 4. Оформление результатов поверки 4.1. По результатам поверки каждого средства измерений Исполнитель обязан предоставить Заказчику: 1) Оттиск поверительного клейма либо самоклеящуюся поверительную этикетку (лейбл), наносимую на средство измерений в соответствии с установленными требованиями. 2) Сертификат о поверке средства измерений на бумажном носителе. 3) При отрицательных результатах поверки - извещение о непригодности средства измерений на бумажном носителе. 4.2. Положительные результаты поверки должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 4.3. Документы о результатах поверки должны содержать сведения, позволяющие однозначно идентифицировать средство измерений, включая наименование, тип (марку) и заводской номер. 4.4. Исполнитель обязан обеспечить правильность и достоверность оформления результатов поверки. 4.5. В сертификатах о поверке термометров и дозаторов должны быть указаны результаты расчета неопределенности измерений с соответствующими значениями, оформленные в соответствии с применимыми методиками поверки и нормативными требованиями. 5. Сроки и порядок оказания услуг 5.1. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО КАЖДОМУ СРЕДСТВУ ИЗМЕРЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 15 (ПЯТНАДЦАТИ) КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С ДАТЫ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ. 5.2. В указанный срок Исполнитель обязан провести поверку, оформить результаты поверки, предоставить соответствующие документы и возвратить средство измерений Заказчику. 5.3. УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО В ТЕЧЕНИЕ 2027 ГОДА СОГЛАСНО ГРАФИКУ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ. 5.4. Исполнитель обязан обеспечить своевременное начало оказания услуг в месяцы, указанные в графике поверки. 5.5. ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЗА КАЖДЫЙ ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫСТАВИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 5.6. Основанием для приемки оказанных услуг является фактическое проведение поверки и предоставление документов, подтверждающих результаты поверки каждого средства измерений. 6. Стоимость услуги 6.1. Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для полного и надлежащего исполнения договорных обязательств, в том числе: 1) проведение поверки средств измерений; 2) оформление и выдачу сертификатов о поверке; 3) оформление извещений о непригодности; 4) изготовление и нанесение поверительных этикеток (лейблов); 5) транспортировку средств измерений от Заказчика до лаборатории Исполнителя и обратно; 6) выезд специалистов Исполнителя к

	месту нахождения Заказчика при необходимости; 7) предоставление временных манометров на период поверки основных приборов; 8) доставку, замену и возврат временных манометров; 9) упаковку, погрузку и разгрузку оборудования; 10) иные сопутствующие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 7. Перечень средств измерений и график оказания услуг 7.1. Перечень средств измерений, подлежащих поверке, с указанием наименования оборудования, типа (марки), количества, заводских номеров, года изготовления, даты последней и плановой поверки приводится в приложении № 1 к настоящей технической спецификации. 7.2. Поверка средств измерений проводится ежемесячно в соответствии с графиком, предусмотренным приложением № 1. 7.3. Исполнитель обязан обеспечить проведение поверки всех средств измерений в установленные графиком сроки. 7.4. Изменение сроков проведения поверки допускается только по согласованию сторон в порядке, предусмотренном договором о государственных закупках. 8. Результат оказания услуг 8.1. Результатом оказания услуг является проведение поверки средств измерений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, предоставление Заказчику документов, подтверждающих результаты поверки каждого средства измерений, нанесение поверительных клейм (этикеток) при положительных результатах поверки, выдача извещений о непригодности при отрицательных результатах поверки, а также возврат средств измерений Заказчику. 8.2. При проведении поверки тонометров Исполнитель дополнительно обязан обеспечить Заказчика временными исправными монометрами с действующей поверкой на весь период нахождения основных тонометров у Исполнителя.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	