Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18009196-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық жабдықтар мен материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88568510-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Лента-сүзгі
Лоттың сипаттауы:	ФПх
Лоттың қысқаша сипаттауы:	автоклавтау лентасы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Республика 56/1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Автоклавтауға арналған индикаторлық таспа. Мақсаты: стерильдеу қаптамасын бекіту және автоклавта бумен стерильдеуден өткенін көзбен көрсету. Техникалық сипаттамалары: термосезімтал индикатор жабыны бар қағаз негізді өздігінен жабысатын таспа. Ені – 19 мм, ұзындығы – кемінде 50 м. Өндірушінің нұсқаулығы бойынша +121 °С және +134 °С температурада бумен стерильдеуге арналған. Тиісті стерильдеу жағдайлары әсерінен индикатор түсі өзгеруі тиіс. Өлшем бірлігі – дана. Жиынтығы – ені 19 мм, ұзындығы кемінде 50 м индикаторлық таспаның 1 орамы. Жаңа, желім қабаты біркелкі, индикатор белгілері зақымданбаған, қаптамасы бүтін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18009196-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для лаборатории
Номер лота:	№ 88568510-ЗЦП2
Наименование лота:	Лента-фильтр
Описание лота:	ФПх
Дополнительное описание лота:	лента для автоклавирования
Количество:	3
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Республика 56/1
Срок поставки:	в течении 30 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Лента для автоклавирования. Назначение: Для фиксации стерилизационной упаковки и визуальной индикации прохождения процесса паровой стерилизации в автоклаве. Технические характеристики: Лента самоклеящаяся на бумажной основе, со специальным термочувствительным индикаторным покрытием. Ширина - 19 мм, длина - не менее 50 м. Предназначена для паровой стерилизации при температурах +121 °C и +134 °C согласно инструкции производителя. Индикатор должен обеспечивать визуальное изменение цвета после воздействия соответствующих условий стерилизации. Единица измерения: штука. Упаковка / комплектация: 1 штука - один рулон индикаторной ленты шириной 19 мм и длиной не менее 50 м. Требования к качеству: Товар новый, клеевой слой равномерный, индикаторная маркировка неповреждённая, упаковка целая