Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17719404-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82986221-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Ине |
| **Лоттың сипаттауы:** | медициналық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бір рет қолданылатын инъекциялық ине |
| **Саны, көлемі:** | 17 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: инъекциялық эндоскопиялық ине, бір реттік. Иненің ұшы тот баспайтын болаттан жасалған, Гауһар қимасы бар, бұл матаға өткір енуді қамтамасыз етеді. Иненің ішкі және сыртқы бетін тефлонмен жабу арқылы жоғары ағын жылдамдығы қамтамасыз етіледі, ал енгізу (инъекция) тез және тегіс жүреді. Иненің диаметрі - 23G, иненің ұзындығы - 5 мм. катетердің ұзындығы-шамамен 2300 мм. түтік диаметрі және жұмыс ұзындығы: Ф2. 4 х2300 ММ. 2. функционалдық сипаттамасы: эндоскопиялық араласуды (колоноскопия кезінде) жүргізуге арналған. 3. сапалық сипаттама: ине каналдың тұрақты өткізгіштігін, ерітіндінің біркелкі берілуін және тіндердің минималды жарақаттануын қамтамасыз етеді. Құрылымы процедура барысында иілуге және деформацияға төзімді. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Жеке қаптамада келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: медициналық бұйымның атауы, өлшемі, серия нөмірі (партия), өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы және елі, тіркеу куәлігі, құрамы. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы тиіс. Өндіруші ISO 13485 талаптарына сәйкес болуы қажет. 4. эксплуатациялық сипаттама: өнім стерильді, бір реттік қолдануға арналған. Қаптама жеке, герметикалық, қолдану сәтіне дейін стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етеді. Таңбалау өнімнің негізгі параметрлерін қамтиды. Жөнелту алдында: тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет!" |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17719404-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 82986221-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Игла |
| **Описание лота:** | медицинская |
| **Дополнительное описание лота:** | Одноразовая игла для инъекций |
| **Количество:** | 17 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: игла инъекционная эндоскопическая, одноразовая. Наконечник иглы изготовлен из нержавеющей стали, имеет алмазное сечение, что обеспечивает более острое проникновение в ткань. Благодаря использованию тефлонового покрытия внутренней и внешней поверхности иглы обеспечивается высокая скорость потока, а введение (впрыск) происходит быстро и плавно. Диаметр иглы - 23G, длина иглы - 5 мм. Длина катетера - около 2300 мм. Диаметр трубки и рабочая длина: Ф2.4 х2300 мм. 2. функциональная характеристика: предназначена для проведения эндоскопических вмешательств (при колоноскопии). 3. качественная характеристика: игла обеспечивает стабильную проходимость канала, равномерную подачу раствора и минимальную травматизацию тканей. Конструкция устойчива к перегибам и деформациям при проведении процедуры. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение, состав. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель должен соответствовать требованиям ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: изделие стерильное, одноразового применения. Упаковка индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранение стерильности до момента использования. Маркировка содержит основные параметры изделия. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!" |