Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17509795-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82932906-ОИ5
Лоттың атауы :	Жіп
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық, синтетикалық, зарарсыздандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сорылатын хирургиялық тігіс материалы, шартты №3/0, ұзындығы см: 75, атравматикалық тесетін инемен, ұзындығы мм: 30,0, қисықтық ½ С.
Саны, көлемі:	348
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: күлгін түсті синтетикалық сіңірілетін хирургиялық жіп. Эпсилон-капролактонмен және май қышқылының эфирімен қапталған гликолий қышқылының гомополимерінен тұрады. Жабын жеңіл сырғуды және тіндер арқылы жарақатсыз өтуді қамтамасыз етеді. 300 маркалы беріктігі жоғары, серпімді тот баспайтын болаттан жасалған атравматикалық инелер, енуді жақсартатын силиконмен қапталған. 2. функционалдық сипаттамасы: хирургияда ішкі және сыртқы тігістерді қолдануға арналған. 28-35 күндік тігістің тұрақтылығын, гидролиз арқылы 60-90 күндік жіптің толық сіңуін қамтамасыз етеді. 3. сапалық сипаттамасы: коллагенді емес, пирогенді емес, антигендік қасиеттері жоқ жіп. 2 аптадан кейін бастапқы созылу беріктігінің 65% және имплантациядан кейін 3 аптадан кейін 40% сақтайды. Жіп өлшемі USP 3/0 (M2), диаметрі 0,20–0,249 мм, ұзындығы 75 см.ұзындығы 30,0 мм Атравматикалық тесу инесі, қисықтық 1/2 с. МИ көрінетін ақаулары болмауы керек. Сериясы, шығарылған күні, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы және жарамдылық мерзімі көрсетілген өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізіледі. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. 4. пайдалану сипаттамасы: бір рет қолданылатын жіп. Қолданар алдында қаптаманың стерильділігі қамтамасыз етіледі. Жіпті қабылдау Техникалық сипаттамаға сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылады. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17509795-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82932906-ОИ5
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	хирургическая, синтетическая, стерильная
Дополнительное описание лота:	Шовный хирургический рассасывающий материал, условным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 30.0, кривизной ½ С.
Количество:	348
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: синтетическая рассасывающаяся хирургическая нить фиолетового цвета. Состоит из гомополимера гликолиевой кислоты, покрытого эпсилон-капролактоном и сложным эфиром жирной кислоты. Покрытие обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. Иглы атравматические из высокопрочной, упругой нержавеющей стали марки 300 с силиконовым покрытием, улучшающим пенетрацию. 2. функциональная характеристика: предназначена для наложения внутренних и внешних швов в хирургии. Обеспечивает стабильность шва 28-35 дней, полную абсорбцию нити 60-90 дней за счет гидролиза. 3. качественная характеристика: нить неколлагенная, апирогенная, не имеет антигенных свойств. Сохраняет 65 % первоначальной прочности на растяжение через 2 недели и 40 % через 3 недели после имплантации. Размер нити USP 3/0 (M2), диаметр 0,20–0,249 мм, длина 75 см. Атравматическая колющая игла длиной 30,0 мм, кривизна 1/2 С. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. Поставляется в оригинальной упаковке производителя с указанием серии, даты производства, регистрационного удостоверения, условий хранения, наименования производителя и срока годности. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. 4. эксплуатационная характеристика: нить одноразового использования. Перед применением обеспечивается стерильность упаковки. Приём нити выполнятся строго в соответствии с технической спецификацией. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."