Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008190-1
Сатып алудың атауы:	Босану бөлімшесінің қажеттіліктері үшін биіктігін реттейтін арбаны сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88844552-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Арба
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"ТК-05" биіктігін механикалық реттейтін медициналық роликті арба медициналық мекемелерде пациенттерді тасымалдауға арналған. ГОСТ Р 56330-2016.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 5 ықшам ауданы, 7 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде тапсырыс берушінің мәлімделген саны бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"ТК-05" биіктігін механикалық реттейтін медициналық роликті арба медициналық мекемелерде пациенттерді тасымалдауға арналған. Дезинфекциялық құралдармен өңдеуге төзімді, жасанды былғарымен қапталған, қалыңдығы 60 мм жұмсақ көбік негізі бар екі секциялы төсеммен жабдықталған. Биіктікті реттеу тұтқаның көмегімен механикалық түрде жүзеге асырылады. Дизайн екі жиналмалы металл бүйірлік қоршауды және инфузиялық инфузияға арналған штативті қамтамасыз етеді. Жақтау дезинфекциялық ерітінділердің әсеріне төзімді қорғаныш полимерлі-ұнтақты жабыны бар металл профильден жасалған. Арбада диаметрі 240 мм болатын төрт өзін-өзі басқаратын дөңгелектер бар, олардың әрқайсысында жеке тежегіштер бар. Жалпы өлшемдері: ұзындығы-2000 мм, ені-600 мм, реттелетін биіктігі - 650-ден 950 мм — ге дейін.өнімнің салмағы-72 кг. ГОСТ Р 56330-2016.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008190-1
Наименование закупки:	Приобретение тележка-каталка с регулировкой высоты для нужд родильного отделение
Номер лота:	№ 88844552-ЗЦП1
Наименование лота:	Тележка
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Тележка-каталка медицинская с механической регулировкой высоты «ТК-05» предназначена для транспортировки пациентов в медицинских учреждениях. ГОСТ Р 56330-2016.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев микрорайон 5, здание 7
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней по заявленному количеству Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тележка-каталка медицинская с механической регулировкой высоты «ТК-05» предназначена для транспортировки пациентов в медицинских учреждениях. Оснащена двухсекционным ложем с мягким основанием из поролона толщиной 60 мм, обтянутым искусственной кожей, устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Регулировка высоты осуществляется механически с помощью ручки. Конструкция предусматривает два откидных металлических боковых ограждения и штатив для инфузионных вливаний. Каркас изготовлен из металлического профиля с защитным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих растворов. Тележка оснащена четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 240 мм с индивидуальными тормозами на каждом колесе. Габаритные размеры: длина — 2000 мм, ширина — 600 мм, регулируемая высота — от 650 до 950 мм. Масса изделия — 72 кг. ГОСТ Р 56330-2016.