Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17607731-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87888766-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	инвазиялық емес, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балаларға арналған механикалық тонометр, 17-22 см жоғарғы қолға арналған манжет өлшемдері.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы, Медеу ауданы, Керей, Жәнібек хандар, 470
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша бір жыл ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	** Тауардың атауы: * * қан қысымын өлшеуге арналған механикалық балалар тонометрі. ** Техникалық сипаттамалары мен талаптары:** 1. Түрі — **қан қысымын өлшеуге арналған механикалық (анероидты) тонометр**. 2. Мақсаты-балалардағы қан қысымын өлшеу. 3. Манжета — иыққа жағуға арналған нәресте. 4. Иық шеңберіндегі манжеттің өлшемі **17-22 см**. 5. Манжет өндірушінің нұсқауларына сәйкес қайта пайдалануға және өңдеуге жарамды тозуға төзімді материалдан жасалуы керек. 6. Манжетте сенімді бекіткіш болуы керек және өлшеу кезінде иыққа мықтап бекітілуі керек. 7. Манометр механикалық, анық және оңай оқылатын шкаласы бар. 8. Манометр шкаласы қан қысымын өлшеу кезінде көрсеткіштерді ыңғайлы оқуды қамтамасыз етуі керек. 9. Құрылғы систолалық және диастолалық қан қысымын дәл және тұрақты өлшеуді қамтамасыз етуі керек. 10. Жинақ мыналарды қамтуы керек: * механикалық манометр; * 17-22 см балалар иық манжеті; * пневматикалық алмұрт; * байланыстырушы түтіктер; * сақтау корпусы немесе корпусы; * пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. 11. Тонометр жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және басқа ақауларсыз болуы керек. 12. Бұйым осы түрдегі медициналық бұйымдарға қойылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. 13. Жеткізу кезінде өндірушінің паспортын/формулярын немесе нұсқаулығын, сондай-ақ медициналық бұйымның Қазақстан Республикасында сәйкестігін және тіркелуін растайтын құжаттарды, егер олардың болуы заңнамада көзделген болса, ұсыну. 14. Кепілдік мерзімі-өндірушінің кепілдігіне сәйкес, бірақ сатып алу шарттарында белгіленген мерзімнен кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17607731-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 87888766-ЗЦП1
Наименование лота:	Тонометр
Описание лота:	неинвазивный, ручной
Дополнительное описание лота:	Тонометр детский механический тонометр с размерами манжета на плечо 17-22 см
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район, Керей, Жанибек хандар, 470
Срок поставки:	в течении года по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара:** Тонометр механический детский для измерения артериального давления. **Технические характеристики и требования:** 1. Тип — **механический (анероидный) тонометр** для измерения артериального давления. 2. Назначение — измерение артериального давления у детей. 3. Манжета — детская, для наложения на плечо. 4. Размер манжеты по окружности плеча — **17–22 см**. 5. Манжета должна быть изготовлена из износостойкого материала, пригодного для многократного использования и обработки в соответствии с инструкцией производителя. 6. Манжета должна иметь надежную застежку и обеспечивать плотное прилегание к плечу при проведении измерения. 7. Манометр — механический, с четкой и легко читаемой шкалой. 8. Шкала манометра должна обеспечивать удобное считывание показаний при измерении артериального давления. 9. Устройство должно обеспечивать точное и стабильное измерение систолического и диастолического артериального давления. 10. Комплект должен включать: * механический манометр; * детскую плечевую манжету размером 17–22 см; * пневматическую грушу; * соединительные трубки; * футляр или чехол для хранения; * инструкцию по эксплуатации. 11. Тонометр должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и иных дефектов. 12. Изделие должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к медицинским изделиям данного вида. 13. При поставке предоставить паспорт/формуляр или инструкцию производителя, а также документы, подтверждающие соответствие и регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан, если их наличие предусмотрено законодательством. 14. Гарантийный срок — в соответствии с гарантией производителя, но не менее срока, установленного условиями закупки.