Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17903764-1
Сатып алудың атауы:	Стоматологиялық құралдар мен материалдар. (исп. +7-776-547-7261 Вячеслав Васильевич)
Лоттың нөмірі:	№ 88395774-ОИ2
Лоттың атауы:	Қаптаушы зарарсыздандырушы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық тағайындалымдағы материалдар мен заттарды зарарсыздандыру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	20 см х 200 м Eurosteril зарарсыздандыру орамдары ең жақсы сертификатталған материалдардан жасалған: жоғары тығыздығы 60 г/м2 медициналық қағаз және екі қабатты көк полиэфир/полипропилен пленкасы. Орамдар пациенттердің қауіпсіздігін арттыру үшін автоклавтау процедурасынан кейін стерильділік жағдайларына қол жеткізуді көрсететін химиялық индикаторлармен жабдықталған. 93/42/ЕЕС директивасына (және одан кейінгі 2007/47/СЕ өзгерісіне) және EN-868-5 нормасына сәйкес жасалған. Тиісті сақтау жағдайында 6 айға дейін стерильділікті сақтаңыз. I класты химиялық көрсеткіштер зарарсыздандыру процесінің алдында және одан кейін түсін өзгертеді (стоматологиялық клиника)
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Алалыкин көшесі, 14
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	20 см х 200 м Eurosteril зарарсыздандыру орамдары ең жақсы сертификатталған материалдардан жасалған: жоғары тығыздығы 60 г/м2 медициналық қағаз және екі қабатты көк полиэфир/полипропилен пленкасы. Орамдар пациенттердің қауіпсіздігін арттыру үшін автоклавтау процедурасынан кейін стерильділік жағдайларына қол жеткізуді көрсететін химиялық индикаторлармен жабдықталған. 93/42/ЕЕС директивасына (және одан кейінгі 2007/47/СЕ өзгерісіне) және EN-868-5 нормасына сәйкес жасалған. Тиісті сақтау жағдайында 6 айға дейін стерильділікті сақтаңыз. I класты химиялық көрсеткіштер зарарсыздандыру процесінің алдында және одан кейін түсін өзгертеді (стоматологиялық клиника)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17903764-1
Наименование закупки:	Стоматологические инструменты и материалы. (Исп. +7-776-547-7261 Вячеслав Васильевич)
Номер лота:	№ 88395774-ОИ2
Наименование лота:	Материал упаковочный стерилизационный
Описание лота:	для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения
Дополнительное описание лота:	Рулоны для стерилизации Eurosteril размеров 20 см х 200 м изготовлены из лучших сертифицированных материалов: медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м2 и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/ полипропилена. Рулоны снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности после процедуры автоклавации, для максимальной безопасности пациентов. Изготовлены в полном соответствии с директивой 93/42/EEC (и последующим изменением 2007/47/CE) и нормой EN-868-5. Поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих условиях хранения. Химические индикаторы класса I меняют цвет перед и после процесса стерилизации (Стоматологическая клиника)
Количество:	6
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алалыкина, 14
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рулоны для стерилизации Eurosteril размеров 20 см х 200 м изготовлены из лучших сертифицированных материалов: медицинской бумаги с высокой плотностью 60 г/м2 и двойного слоя голубой пленки из полиэстера/ полипропилена. Рулоны снабжены химическими индикаторами, показывающими достижение условий стерильности после процедуры автоклавации, для максимальной безопасности пациентов. Изготовлены в полном соответствии с директивой 93/42/EEC (и последующим изменением 2007/47/CE) и нормой EN-868-5. Поддерживают стерильность до 6 месяцев при надлежащих условиях хранения. Химические индикаторы класса I меняют цвет перед и после процесса стерилизации (Стоматологическая клиника)