Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17942523-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88557052-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Бояғыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | азобояғыш, сұйықтық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Гематоксилин Гарриса |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: Гаррис гематоксилині, ерітінді, бір тұтынушылық қаптамадағы көлемі 3,8 л.<br>2. функционалдық сипаттамасы: микроскопиялық зерттеу кезінде жасуша ядроларының құрылымын визуализациялау мақсатында гистологиялық және цитологиялық препараттардағы жасуша ядроларын бояуға арналған. Зертханада әдістемені валидациялай отырып, қолмен бояу үшін және ашық типті автоматты бояу жүйелерінде қолданылады.<br>3. сапалық сипаттамасы: өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Қаптамада көзге көрінетін ақаулар, зақымданулар және герметикалығының бұзылу белгілері болмауы тиіс. Өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізіледі. Таңбалауда реагенттің атауы, серия (партия) нөмірі, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары және өндіруші туралы мәліметтер болуы тиіс. Таңбалау және қолдану жөніндегі нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өнімнің Қазақстан Республикасының аумағында айналысына рұқсат беретін қолданыстағы тіркеуі болуы тиіс.<br>4. пайдалану сипаттамасы: in vitro диагностикасына арналған, тек кәсіби қолдануға арналған. 15-тен 30 °С-қа дейінгі температурада, тығыз жабылған ыдыста, жақсы желдетілетін, жарықтан қорғалған жерде сақтау. Тасымалдау және қолдану - өндірушінің құжаттамасына сәйкес. Тауарды жөнелту алдында тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17942523-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 88557052-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Краситель |
| **Описание лота:** | азокраситель, жидкость |
| **Дополнительное описание лота:** | Гематоксилин Гарриса |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: Гематоксилин Гарриса, раствор, объём 3,8 л в одной потребительской упаковке.<br>2. функциональная характеристика: предназначен для окрашивания ядер клеток в гистологических и цитологических препаратах с целью визуализации их структуры при микроскопическом исследовании. Используется для ручного окрашивания и на автоматических системах окрашивания открытого типа с валидацией методики в лаборатории.<br>3. качественная характеристика: продукт должен быть новым, неиспользованным. Упаковка не должна иметь видимых дефектов, повреждений и признаков нарушения герметичности. Поставляется в оригинальной упаковке производителя. Маркировка должна содержать наименование реагента, номер серии (партии), срок годности, условия хранения и сведения о производителе. Маркировка и инструкция по применению - на государственном и русском языках. Продукция должна иметь действующую регистрацию, допускающую её обращение на территории Республики Казахстан.<br>4. эксплуатационная характеристика: для диагностики in vitro, только для профессионального применения. Хранить при температуре от 15 до 30 °С в плотно закрытой таре, в хорошо проветриваемом месте, защищённом от света. Транспортировка и применение - согласно документации производителя. Перед отправкой товара обязательное согласование с заказчиком." |