Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17977288-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88648364-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тыныс алу сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	вирусобактериялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сүзгі бактериалды-вирустық, ересек
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, К.Смагулова,14
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған күнен бастап 15 күнаралығында жетікзу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сүзгі бактериялық-вирустық, ересек РР материал. Науқастың жағдайын бақылау жүйесінің модулі, тыныс алу. Тапсырыс берушінің үлгісін ұсына отырып жеткізу. РУ ұсынысымен жеткізу. Сүзгі тыныс алу вирусы бактериялық жылу алмасу корпусы - РР; штепсель-РЕ; жылу ылғал элементі-көбік (полиуретанды көбік); Электростатикалық сүзгі мембранасы: акрил және полипропилен талшықтарының қоспасынан жасалған мата емес мата (AS300). Жылу алмасу элементі: көбік резеңке (ErsT1), көк бояу (1019-b). Сүзу тиімділігі кемінде 99,99% (Gvs сертификатына сәйкес сүзу дәрежесі кемінде 99,999%). Тиімді сүзу уақыты 24 сағаттан аспайды. Пациент тарапынан 22м/15F аппарат тарапынан 22F/15M шығу. Luer-lock порты ауа ағынының шығыны кезінде қысымның төмендеуі 30л / мин-0,9+0,3 (см/H2O) ылғалдандыру – 32+3 мг H2O / л."ГОСТ 31508-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17977288-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий.
Номер лота:	№ 88648364-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр дыхательный
Описание лота:	вирусобактериальный
Дополнительное описание лота:	Фильтр бактериально-вирусный, взрослый.
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау г. Атырау, ул. К.Смагулова,14
Срок поставки:	с момента заключения Договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр бактериально-вирусный, взрослый PP материал. Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный. Поставка с предоставлением образца Заказчика. Поставка с предоставлением РУ. Фильтр дыхательный вирус бактериальный тепловлагообменный Корпус – ПП; Заглушка – ПЭ; Тепловлагооб-менный элемент – поролон (пенополиуретан); Электростатическая мембрана фильтра: нетканное полотно из смеси акриловых и полипропиленовых волокон (AS300). Тепловлагообменный элемент: поролон (ErsT1), краситель blue (1019-b). Эффективность фильтрации не менее 99,99% (В соответствии с сертификатом GVS степень фильтрации не менее 99,999%). Время эффективной фильтрации не более 24ч. Выходы 22M/15F со стороны пациента 22F/15M со стороны аппарата. Порт Luer-lock Падение давления при расходе воздушного потока 30л/мин – 0,9+0,3 (см/H2O) Увлажнение – 32+3 мг H2O/л."ГОСТ 31508-2012