Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17919532-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86394763-ЗЦП5
Лоттың атауы:	Катетер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артериялық эмболэктомияға арналған баллонды катетер
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттама: артериялық эмболэктомияға арналған баллонды катетер. Баллон диаметрі: 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм. Баллонның максималды көлемі: 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл. Катетер өлшемі: 2F-7F. Ұзындығы: 60 см немесе 80 см. Түстік белгіленуі: күлгін, жасыл, ақ, көк, сары. Өлшемі тапсырыс берушінің өтінімі бойынша таңдалады. 2. функционалдық сипаттама: артериялық эмболэктомия жүргізуге, тромбтарды жоюға және баллондық окклюзия арқылы тамыр өткізгіштігін қалпына келтіруге, эмболдарды шығарып алуға арналған. 3. сапалық сипаттама: эндоваскулярлық араласулар кезінде сенімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Жалпы қаптамада міндетті түрде көрсетілуі тиіс: сериясы, өндірілген күні, ҚР тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, құрамы, жиынтық атауы және өндіруші, стерилизация тәсілі, сондай-ақ жарамдылық мерзімі. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. эксплуатациялық сипаттама: бір реттік қолдануға арналған. Параметрлері (өлшемі, диаметрі, баллон көлемі және ұзындығы) көрсетілген шектерде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша таңдалады. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен келісу қажет."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17919532-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 86394763-ЗЦП5
Наименование лота:	Катетер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Катетер баллонный для артериальной эмболэктомии
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: катетер баллонный для артериальной эмболэктомии. Диаметр баллона: 4,5 мм; 8,0 мм; 10,5 мм; 13,0 мм; 13,5 мм; 14,0 мм. Максимальный объем баллона: 0,05 мл; 0,20 мл; 0,75 мл; 1,5 мл; 1,6 мл; 1,75 мл. Размер катетера: 2F-7F. Длина: 60 см или 80 см. Цветовая маркировка: фиолетовый, зеленый, белый, синий, желтый. Размер подбирается по заявке заказчика. 2. функциональная характеристика: предназначен для проведения артериальной эмболэктомии, удаления тромбов и восстановления проходимости сосудов путем баллонной окклюзии и извлечения эмболов. 3. качественная характеристика: обеспечивает надежность и безопасность при эндоваскулярных вмешательствах. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На общей единой упаковке обязательно должны быть указаны: серия, дата производства, регистрационное удостоверение РК, условия хранения, состав, аименование комплекта и производителя, способ стерилизации, а также срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на казахском и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: изделие однократного применения. Параметры (размер, диаметр, объем баллона и длина) подбираются по заявке заказчика в пределах указанных значений. Перед поставкой требуется согласование с заказчиком."