Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411952-1
Сатып алудың атауы:	Бал жабдықтарына арналған бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87001139-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Серіппе
Лоттың сипаттауы:	операциялық үстелге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2014 жылғы "Медин" ОУК-02-1 операциялық үстеліне арналған аяқ бөлігінің пмевмопруппасы (газ серіппесі)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. көшесі Генерал Дүйсенов, құрылыс 4/2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2014 жылғы "Медин" емен-02-1 операциялық үстеліне арналған аяқ секциясының "IANG-jun 700059 500V" пмевмопруппасы (газ серіппесі), меңгерушісі. нөмірі №2223, Шығарылған жылы 2014, даңғылы: Беларусь. Пневматикалық серіппе үстелдің бойлық және бүйірлік қисаюын, сондай-ақ аяқ пен дорсальды бөлімді реттеуді қамтамасыз етеді. Бағаға операциялық үстелді орнату және оның жұмысын тексеру кіреді. ГОСТ 20790-93. Кепілдік 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411952-1
Наименование закупки:	Детали для мед оборудования
Номер лота:	№ 87001139-ЗЦП4
Наименование лота:	Пружина
Описание лота:	для операционного стола
Дополнительное описание лота:	Пмевмопружина (газовая пружина) ножной секции для операционного стола ОУК-02-1 "Медин" 2014 года
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар улица Генерала Дюсенова, строение 4/2
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пмевмопружина (газовая пружина) "IANG-jun 700059 500v" ножной секции для операционного стола ОУК-02-1 "Медин" 2014 года, зав. номер №2223, год выпуска 2014, пр-ва: Беларусь. Пневмопружина обеспечивает продольный и боковой наклон стола, а также регулировку ножной и спинной секции. В цену включены монтаж и проверка работоспособности операционного стола. ГОСТ 20790-93. Гарантия 12 месяцев