Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980336-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 88341571-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Диагностикум
Лоттың сипаттауы:	бактериялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Аллерген специфических IgE №96
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений. Адаптирован под анализатор открытого типа """"Alisei Q.S."""" для обеспечения достоверности клинических результатов. Диаметр флаконов реагентов подходит под гнезда стола прибора. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Время внесения аллергенов не менее 10 мин. Метод анализа - «capture»- вариант иммуноферментного анализа. Термостатируемое шейкирование + 37°С для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 МЕ/мл, чувств. не более 0,15 МЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980336-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских изделий, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 88341571-ЗЦП2
Наименование лота:	Диагностикум
Описание лота:	бактериальный
Дополнительное описание лота:	Аллерген специфических IgE №96
Количество:	4
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений. Адаптирован под анализатор открытого типа """"Alisei Q.S."""" для обеспечения достоверности клинических результатов. Диаметр флаконов реагентов подходит под гнезда стола прибора. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Время внесения аллергенов не менее 10 мин. Метод анализа - «capture»- вариант иммуноферментного анализа. Термостатируемое шейкирование + 37°С для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 МЕ/мл, чувств. не более 0,15 МЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению"