Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17519897-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ОГФ тауарлары |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87610643-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Гигрометр |
| **Лоттың сипаттауы:** | психометрлік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Психометриялық ВИТ-2 гигрометрі (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Алматы қаласы, Алатау ауданы, ш / а. Көкқайнар, А. Мамбетов көшесі, 1/63. Филиал-модульдік ауруxана |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тараптар шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Психометриялық Вит-2 гигрометрі. Психрометриялық гигрометрлер ВИТ-үй-жайларда салыстырмалы ылғалдылықты 20-дан 93% - ға дейін және қоршаған ауаның температурасын 0-ден 40 градус Цельсийге дейін өлшеуге арналған. Гигрометр-бұл металл шкала тақталарына орнатылған "құрғақ" және "дымқыл" екі бірдей термометрден тұратын құрылғы. Гигрометрдің жұмыс принципі екі термометр арасындағы ауа температурасын өлшеуге негізделген, олардың біреуінің резервуары тазартылған сумен суланған фитильмен ылғалдандырылады. "Ылғалды" термометрдің тұрақты көрсеткіші фитильдегі ылғал мен қоршаған ауаның ылғалдылығы арасындағы динамикалық тепе-теңдікпен анықталады. Шкала тақталары пластикалық корпусқа орнатылған, шкала тақталарының арасында "дымқыл" термометрдің білігін қуаттандыруға арналған шыны резервуар бар. Гигрометр корпусына ауа ағындарының жылдамдығы 0,5-тен 1 м/с-қа дейін есептелген психрометриялық кесте орнатылған.: Температураны өлшеу диапазоны, ºС 15... 40: Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны мин. 20...90; 40...90; 54...90; Ылғалдылықты өлшеудің температуралық диапазоны, ºС +26...+40; +23...+26; +20...+23; Шкаланы бөлу бағасы, ºС 0.2; Жалпы өлшемдері, мм 295х120х50; Термом. сұйықтық-Органикалық сұйықтық. Тауарлар жоғары сапалы болуы керек. Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін және жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен техникалық ерекшелікке сәйкестікке келісуге тиіс. Лоттың бағасы тауарды жеткізуді, түсіруді және Тапсырыс берушінің қоймасына әкелуді ескере отырып көрсетілген. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17519897-1 |
| **Наименование закупки:** | Товары для ОГФ |
| **Номер лота:** | № 87610643-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Гигрометр |
| **Описание лота:** | психрометрический |
| **Дополнительное описание лота:** | Гигрометр психометрический ВИТ-2 (согласно технической спецификации заказчика) |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751210000, г.Алматы, Алатауский район г.Алматы, Алатауский район мкр. Көкқайнар, ул. А.Мамбетова, 1/63. Филиал - Модульная больница |
| **Срок поставки:** | В течение 15 календарных дней после подписания договора сторонами |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Гигрометр психометрический ВИТ-2. Гигрометры психрометрические ВИТ – предназначены для измерений в помещениях относительной влажности от 20 до 93% и температуры окружающего воздуха от 0 до 40 градуса Цельсия. Гигрометр представляет собой прибор, состоящий из двух одинаковых термометров, «сухого» и «влажного», смонтированных на металлических шкальных пластинах. Принцип действия гигрометра основан на измерении температуры воздуха между двумя термометрами, резервуар одного из которых увлажняется с помощью фитиля, смачиваемого дистиллированной водой. Установившееся показание «влажного» термометра определяется динамическим равновесием между влагой на фитиле и влагой окружающего воздуха. Шкальные пластины вмонтированы в пластмассовый корпус, между шкальными пластинами расположен стеклянный резервуар, который предназначен для питания фитиля «влажного» термометра. В корпус гигрометра вмонтирована психрометрическая таблица, рассчитанная для скорости воздушных потоков от 0,5 до 1 м/с. Технические характеристики: Диапазон измерения температуры, ºС 15… 40: Диапазон измерения относительной влажности мин. 20…90; 40…90; 54…90; Температурный диапазон измерения влажности, ºС +26…+40; +23…+26; +20…+23; Цена деления шкалы, ºС 0.2; Габаритные размеры, мм 295х120х50; Термом. жидкость - Органическая жидкость. Товары должны быть высокого качества. Потенциальный Поставщик после подписания Договора и перед поставкой должен согласовать товар с заказчиком на соответствие с технической спецификацией. Цена лота указана с учетом доставки, разгрузки и заноса товара на склад Заказчика. |