Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82929763-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Интродьюсер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді гидрофильді гайд-интродьюсер
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Интродьюсер — стерильді гидрофильді гайд-интродьюсер Саны: 2 дана Интракраниалдық қол жеткізуге арналған стерильді гидрофильді өткізгіш катетер (гайд-интродьюсер). Ішкі диаметрі: кемінде 0,088 дюйм. Сыртқы диаметрі: 8 Fr. Жұмыс ұзындығы: 80 см, 90 см, 100 см. Иілгіш дистальды бөлігінің ұзындығы: кемінде 4 см. Дистальды бөлігі үйкелісті азайтуды және навигацияны жақсартуды қамтамасыз ететін гидрофильді жабынмен қапталуы тиіс. Диаметрі 0,035 және/немесе 0,038 дюйм болатын өткізгіш сымдармен үйлесімді болуы тиіс. Дистальды ұшының түрі: түзу немесе әмбебап. Катетердің материалы: Сыртқы қабаты – нейлон. Ортаңғы бөлігі – екі қабатты болат тормен арматураланған. Ішкі беті – тефлон. Ішкі саңылауды ұлғайту және емшара барысында оның өткізгіштігін сақтауды қамтамасыз ету үшін екі қабатты металл тормен өрілген гибридті технология қолданылуы тиіс. Жиынтық құрамында: дилататор және гемостатикалық клапан болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 82929763-ЗЦП1
Наименование лота:	Интродьюсер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Стерильный гидрофильный гайд-интродьюсер
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Интродьюсер — стерильный гидрофильный гайд-интродьюсер Количество: 2 шт. Катетер проводниковый стерильный гидрофильный (гайд-интродьюсер) для интракраниального доступа. Внутренний диаметр — не менее 0,088 дюйма. Наружный диаметр — 8 Fr. Рабочая длина — 80 см, 90 см, 100 см. Длина гибкого дистального участка — не менее 4 см. Дистальный участок должен иметь гидрофильное покрытие, обеспечивающее снижение трения и улучшение навигации. Совместимость с проводниками диаметром 0,035 и/или 0,038 дюйма. Тип дистального кончика — прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте — дилататор и гемостатический клапан. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.