Техническая спецификация на оказание услуг

Поверка хроматографа (№ в реестре ГСИ РК: KZ.02.02.00369-2025) проводится по утвержденной при его регистрации методике поверки "Высокоэффективные жидкостные хроматографы с масс-спектрометрическим детектором Triple Quad 6500+". Для проведения процедуры поверки необходимо наличие стандартных образцов **резерпина и ацетонитрила**.

Работы выполняются аттестованным поверителем аккредитованной поверочной лаборатории.

Наименование средства измерения	Количество	Место оказания услуг
Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометрическим детектором Triple Quad 6500+	1	г.Усть-Каменогорск, Переулок Вешний 14

Қызмет көрсету жөніндегі техникалық ерекшелігі

Хроматографты тексеру (Өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізіліміндегі нөмірі: KZ.02.02.00369-2025) оны тіркеу кезінде бекітілген «Triple Quad 6500+масс-спектрометриялық детекторы бар тиімділігі жоғары өнімді сұйық хроматограф» салыстырып тексеру әдістемесі бойынша жүргізіледі. Тексеру рәсімін жүргізу үшін **резерпин мен ацетонитрилдің** стандартты үлгісі болуы қажет.

Тексеру жұмыстарын аккредиттелген салыстырып тексеру зертханасының аттестатталған салыстырып тексерушісі орындауы тиіс.

Өлшем құралының атауы	Саны	Қызмет көрсету орны
Triple Quad 6500+ масс-спектрометриялық детекторы бар жоғары өнімді сұйық хроматограф	1	Өскемен қ., Переулок Вешний 14