Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17965627-1
Сатып алудың атауы:	өзге тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88610482-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	фармацевтикалық, көлемі 250 л дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазытқыш. Медициналық қалдықтарға арналған тоңазытқыш GTS R-65: камераның көлемі 60 л, Тоңазытқыш камерасындағы температура -1-ден +5°С-қа дейін, бактерицидті ультрафиолет шамы, есікті ашқан кезде артқы жарық, сондай-ақ "Б" класындағы қалдықтарға арналған 6 резервуар 2 литр, құлпы бар. GTS R-65 тоңазытқыштары емдеу-алдын алу мекемелерінде " Б " класындағы қауіпті (қауіпті) қалдықтарды уақытша сақтауға арналған. (Ықтимал жұқтырған қалдықтар, материалдар мен құралдар секрециялармен, соның ішінде қанмен ластанған, пациенттердің секрециясы. Тоңазытқыш шкафта Б және В класындағы медициналық қалдықтарды сақтау мерзімі 7 күнге дейін (ас. 201 санитарлық ережелер мен нормалар СанПиН
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634620100, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қ. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қ., Т.Токтаров көшесі 43 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартка кол койылганнан кейін 20 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазытқыш. Медициналық қалдықтарға арналған тоңазытқыш GTS R-65: камераның көлемі 60 л, Тоңазытқыш камерасындағы температура -1-ден +5°С-қа дейін, бактерицидті ультрафиолет шамы, есікті ашқан кезде артқы жарық, сондай-ақ "Б" класындағы қалдықтарға арналған 6 резервуар 2 литр, құлпы бар. GTS R-65 тоңазытқыштары емдеу-алдын алу мекемелерінде " Б " класындағы қауіпті (қауіпті) қалдықтарды уақытша сақтауға арналған. (Ықтимал жұқтырған қалдықтар, материалдар мен құралдар секрециялармен, соның ішінде қанмен ластанған, пациенттердің секрециясы. Тоңазытқыш шкафта Б және В класындағы медициналық қалдықтарды сақтау мерзімі 7 күнге дейін (ас. 201 санитарлық ережелер мен нормалар СанПиН /

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17965627-1
Наименование закупки:	приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88610482-3ЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	фармацевтический, объем до 250 л
Дополнительное описание лота:	Холодильник для хранения медицинских отходов. Холодильник для медицинских отходов GTS R-65: объём камеры 60 л, температура в холодильной камере от -1 до +5°С, имеются бактерицидная УФ лампа, подсветка при открытии двери, а также 6 баков для отходов класса «Б» 2 литра, с замком. Холодильники GTS R-65 предназначен для временного хранения опасных (рискованных) отходов класса «Б» в лечебно – профилактических учреждениях. (Потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью, выделения пациентов. Срок хранения медицинских отходов класса Б и В в холодильном шкафу до 7 дней (ст. 201 Санитарные правила и нормы СанПиН
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634620100, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, , ул Т.Токтарова 43
Срок поставки:	после подписание договора в течение 20 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Холодильник для хранения медицинских отходов. Холодильник для медицинских отходов GTS R-65: объём камеры 60 л, температура в холодильной камере от -1 до +5°С, имеются бактерицидная УФ лампа, подсветка при открытии двери, а также 6 баков для отходов класса «Б» 2 литра, с замком. Холодильники GTS R-65 предназначен для временного хранения опасных (рискованных) отходов класса «Б» в лечебно – профилактических учреждениях. (Потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью, выделения пациентов. Срок хранения медицинских отходов класса Б и В в холодильном шкафу до 7 дней (ст. 201 Санитарные правила и нормы СанПиН