Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17640592-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін химиялық материалдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81163080-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Сыйымдылық
Лоттың сипаттауы:	түсті металлдардан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыдырау ыдысы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	C 6010 Ыдырау ыдысы (0003770000) C-6000 калориметрінде отынның жану жылуын анықтау үшін қолданылатын (2017 жылы IKA-Werke, АҚШ шығарған). Пайдалы көлем: макс. 260 мл. Қысым: макс. 230 бар. Сынақ қысымы: 330 бар. Диаметрі: 60 мм. Жұмыс температурасы: макс. 50 °C. Макс. оттегі қысымы: 40 бар. Макс. ылғал мөлшері: 40 000 Дж. Материал: баспайтын болат. Биіктігі: 145 мм. Салмағы 2,0 кг аспайды. Калориметрде отынның жану жылуын анықтау үшін қолданылады. Техникалық деректер парағы, пайдаланушы нұсқаулығы және сынақ сертификаты бар. «Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген». Кепілдік мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына тауар түскен күннен бастап 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17640592-1
Наименование закупки:	Приобретение химических материалов для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81163080-ЗЦП5
Наименование лота:	Емкость
Описание лота:	из цветных металлов
Дополнительное описание лота:	Сосуд разложения
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	С 6010 Сосуд разложения (0003770000) используемый для определения теплоты сгорания топлива в калориметре С-6000 (2017 года выпуска IKA-Werke, USA) . Полезный объем макс. 260 мл. Давление макс. 230 bar. Испытательное давление 330 bar. Диаметр 60мм. Рабочая температура макс. 50 °C. Макс. давление кислорода 40 bar Макс. количество влаги. 40000 Дж. Материал Нержавеющая сталь. Высота 145мм. Вес не более 2,0 кг. используется для определения теплоты сгорания топлива в калориметре. Наличие технического паспорта, руководство пользования, свидетельства об испытании. «Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара». Гарантийный срок 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика.