Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17946507-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | «Шығыс Жылу» АҚ газ анализаторы |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87793829-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Газ талдағыш |
| **Лоттың сипаттауы:** | 2 және одан да көп газдардың концентрациясын анықтауға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Газоанализатор портативный |
| **Саны, көлемі:** | 6 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қ., Рабочая көшесі, 6/1а |
| **Жеткізу мерзімі:** | Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қолданылуы: тоннельдер, құдықтар және басқа да жерасты құрылыстары. Жарылыстан қорғалу таңбаламасы: PO Exial X. Конструкциясы – кабелінің ұзындығы 6 метрден кем емес қашықтағы датчиктер блогы бар. Сыртқы әсерлерден қорғанысы: IP65. Бір уақытта бақыланатын газдар саны – 4 газ. Талданатын газдар: CH4, O2, CO2, CO. Өлшенетін газдардың цифрлық индикациясы. Басқарудың ыңғайлылығы, интуитивті түсінікті интерфейс. Қуат көзі – кірістірілген аккумулятор. Үздіксіз жұмыс уақыты: 70 сағат. Өлшем құралы ҚР Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген және ҚР аумағында қолданыстағы бастапқы тексеруден өткен. Өлшеу диапазоны (көлемдік үлес %-ы): метан (CH4) – 0-2,5/2,5-100, оттегі (O2) – 0-25/25-30, көмірқышқыл газы (CO2) – 0-1/1-1,5, көміртегі оксиді (CO) – 0-200/200-220 мг/м3. Қателік (көлемдік үлес %-ы): метан (CH4) - ±0,1, көміртегі оксиді (CO) - ±(6+0,07Cх), көмірқышқыл газы (CO2) - ±0,1, оттегі (O2) - ±0,5.<br>ҚР СТ 2.349-2015. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17946507-1 |
| **Наименование закупки:** | Газоанализатор для АО Шығыс Жылу |
| **Номер лота:** | № 87793829-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Газоанализатор |
| **Описание лота:** | для определения концентрации 2-ух и более газов |
| **Дополнительное описание лота:** | Газоанализатор портативный |
| **Количество:** | 6 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г. Усть - Каменогорск ул. Рабочая, 6/1а |
| **Срок поставки:** | После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Применение: тоннели, колодцы и другие подземные сооружения. Маркировка взрывозащиты: PO Exial X. Конструктив – с выносным блоком датчиков с кабелем не менее 6 метров. Защита от внешних воздействий: IP65. Количество одновременно контролируемых газов – 4 газа.  Анализируемые газы: CH4, O2, CO2, CO. Цифровая индикация измеряемых газов. Удобство управления, интуитивно понятный интерфейс. Источник питания – встроенный аккумулятор. Время непрерывной работы: 70 часов. СИ внесено в реестр ГСИ РК и имеет действующую первичную поверку на территории РК. Диапазон измерений % об. доли: метан (CH4) – 0-2,5/2,5-100, кислород (O2) – 0-25/25-30, диоксид углерода (CO2) – 0-1/1-1,5, оксид углерода (CO) – от 0-200/200-220 мг/м3. Погрешность % об. доли: метан (CH4) - ±0,1, оксид углерода (CO) - ±(6+0,07Cx), диоксид углерода (CO2) - ±0,1, кислород (O2) - ±0,5.<br>СТ РК 2.349-2015. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. |