Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17901338-1
Сатып алудың атауы:	Таблетки дезинфицирующие Део хлор, таблеток с резким запахом хлора,оригинал
Лоттың нөмірі:	№ 88493017-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гигрометр психометрический ВИТ-2.На пластмассовом основании прибора закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Резервуар термометра с надписью «Увлажненный» увлажняется водой с питателя с помощью батистового или шифонового фитиля. Термометрическая жидкость — толуол.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334653100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Әулиеағаш а.
Жеткізу мерзімі:	В течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гигрометр психометрический ВИТ-2.На пластмассовом основании прибора закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Резервуар термометра с надписью «Увлажненный» увлажняется водой с питателя с помощью батистового или шифонового фитиля. Термометрическая жидкость — толуол

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17901338-1
Наименование закупки:	Таблетки дезинфицирующие Део хлор, таблеток с резким запахом хлора,оригинал
Номер лота:	№ 88493017-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психометрический ВИТ-2.На пластмассовом основании прибора закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Резервуар термометра с надписью «Увлажненный» увлажняется водой с питателя с помощью батистового или шифонового фитиля. Термометрическая жидкость — толуол.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334653100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Аулиеагаш
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гигрометр психометрический ВИТ-2.На пластмассовом основании прибора закреплены два термометра, температурная шкала, психрометрическая таблица и стеклянный питатель. Резервуар термометра с надписью «Увлажненный» увлажняется водой с питателя с помощью батистового или шифонового фитиля. Термометрическая жидкость — толуол