Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000704-1
Сатып алудың атауы:	Өлшеу үшін манометрлерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85454201-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Корпусы мен жалғау штуцері тот баспайтын болаттан жасалған, іші глицеринмен толтырылған, дірілге төзімді өнеркәсіптік қысым өлшегіш. Корпус диаметрі: 100 мм. Өлшеу диапазоны: 0-ден 1,6 МПа-ға дейін. Жалғау бұрандасы: М20×1,5. Қорғаныс дәрежесі: IP65. Жалғау түрі: төменгі немесе артқы (Тапсырыс берушімен келісім бойынша нақтыланады). Құрылғы оның материалдарымен үйлесімді сұйықтықтардың, будың және газдардың қысымын өлшеуге арналған. Өнім жаңа болуы және зауыттық түпнұсқа қаптамасында жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезінде өнімнің техникалық паспортын, сондай-ақ құрылғының сәйкестігін және Қазақстан Республикасында пайдалануға жарамдылығын растайтын құжаттаманы ұсыну қажет. Жөнелту алдында корпус диаметрі, шкала диапазоны, жалғау түрі және ішкі толтырғыш Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	612037100, Түркістан облысы, Кентау қ., Хантағы а. Рыскулов 111
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1,6 Мра глицерин МТ манометрі, глицеринмен толтырылған тот баспайтын болаттан жасалған корпус және фитинг. Корпустың диаметрі-100 мм. өлшеу диапазоны-0-ден 1,6 МПа-ға дейін. Бекіту жіптері-М20×1,5. Қорғау дәрежесі — IP65. Қосылу түрі — Тапсырыс берушінің келісімі бойынша Төменгі немесе артқы. Құрылғы құрал материалдарымен үйлесімді сұйықтықтардың, будың және газдың қысымын өлшеуге арналған. Өнім зауыттық қаптамада жаңа болуы керек. Жеткізу кезінде аспаптың Қазақстан Республикасында қолдануға сәйкестігі мен жарамдылығын растайтын бұйымдар мен құжаттардың паспортын ұсыну. Жөнелтілгенге дейін Тапсырыс берушімен корпустың диаметрі, масштаб диапазоны, қосылу түрі және корпусты толтыру туралы келісіңіз.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000704-1
Наименование закупки:	Закупка манометров для измерения
Номер лота:	№ 85454201-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр технический виброустойчивый, корпус и штуцер из нержавеющей стали, заполненный глицерином. Диаметр корпуса — 100 мм. Диапазон измерений — от 0 до 1,6 МПа. Присоединительная резьба — М20×1,5. Степень защиты — IP65. Тип присоединения — нижний или задний, по согласованию с Заказчиком. Прибор предназначен для измерения давления жидкостей, пара и газа, совместимых с материалами прибора. Товар должен быть новым, в заводской упаковке. При поставке предоставить паспорт изделия и документы, подтверждающие соответствие и пригодность прибора к применению в Республике Казахстан. До отгрузки согласовать с Заказчиком диаметр корпуса, диапазон шкалы, тип присоединения и заполнение корпуса.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	612037100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Кантаги Рыскулова 111
Срок поставки:	В течение 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометр глицериновый МТ 1,6 Мра, корпус и штуцер из нержавеющей стали, заполненный глицерином. Диаметр корпуса — 100 мм. Диапазон измерений — от 0 до 1,6 МПа. Присоединительная резьба — М20×1,5. Степень защиты — IP65. Тип присоединения — нижний или задний, по согласованию с Заказчиком. Прибор предназначен для измерения давления жидкостей, пара и газа, совместимых с материалами прибора. Товар должен быть новым, в заводской упаковке. При поставке предоставить паспорт изделия и документы, подтверждающие соответствие и пригодность прибора к применению в Республике Казахстан. До отгрузки согласовать с Заказчиком диаметр корпуса, диапазон шкалы, тип присоединения и заполнение корпуса.