

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17441972-1
Сатып алудың атауы:	ТОPAZ 32 D мобильді рентген аппаратына арналған батареялар.
Лоттың нөмірі:	№ 87598824-3ЦП1
Лоттың атауы :	Батарея
Лоттың сипаттауы:	литий-иондық, аккумулятор
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТОPAZ 32D жылжымалы рентген аппаратына арналған аккумуляторлық батареялар (тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес)
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Байзақов к-сі, 299а
Жеткізу мерзімі:	Тараптар шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Wbr gpl12120, 12V, 26Ah қайта зарядталатын батареялар. (қорғасын - қышқыл түрі, кернеуі - 12 В, сыйымдылығы-12 Ач, терминал түрі-F2 (6,3 мм), өлшемдері 151*98*100 мм) Сандық рентгенографиялық жүйенің қосалқы бөлігі TOPAZ-32D.ГОСТ Р МЭК 62902-2021. Кепілдік мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап 24 айды құрайды. Лоттың бағасы тауарды, жеткізуді, орнатуды, бақылауды ескере отырып көрсетілген жабдықтарды, материалдарды және басқаларды іске қосу байланысты шығындар. Әлеуетті жеткізуші міндетті: - тауарды өз бетінше жеткізу және орнату күштермен, құралдармен және материалдармен. - Бар арнайы жабдықтар мен құралдар жабдықты орнату және іске қосу. - Барлығын шығарыңыз орнатумен байланысты қажетті сынақтар қайта зарядталатын батареялар және тексеру, іске қосу және шығару жұмыс режиміне барлық сынақ режимдеріндегі жабдық Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасының қатысуымен. Орнату қолданыстағы нормаларға сәйкес орындалады және ережелер, зауыттық нұсқаулар. Барлық қолданылатын материалдар мен жабдықтар ұсынылуы керек цифрлық рентгенографиялық TOPAZ-32d жүйелері. егер кепілдік мерзімі кезеңінде қайта зарядталатын батареялардың жұмысы анықталады мүмкіндік бермейтін ақаулар және / немесе кемшіліктер қалыпты пайдалануды жүзеге асыру, содан кейін әлеуетті жеткізуші барлық ақаулар мен кемшіліктерді жоюға міндетті және / немесе қайта зарядталатын батареяларды 5-ке ауыстырыңыз (бес) күнтізбелік күн. Тауарлар Жаңа болуы керек, түпнұсқа, сертификатталған, түпнұсқада өндірушінің қаптамасы. Кейін әлеуетті Жеткізуші шартқа қол қою және жеткізуді жүзеге асыру алдында Тапсырыс берушіге тауардың 1 данасын беруге міндетті және оның сипаттамаларын растайтын құжаттар тауардың Тапсырыс берушімен тауардың сәйкестігіне келісу техникалық сипаттамасы. Тауар жеткізілген жағдайда техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауар сәйкес тауарға ауыстыру үшін қайтарылады техникалық сипаттамасы.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17441972-1
Наименование закупки:	Аккумуляторные батареи для мобильного рентгеновского аппарата TOPAZ 32 D.
Номер лота:	№ 87598824-ЗЦП1
Наименование лота:	Батарея
Описание лота:	литиево-ионная, аккумуляторная
Дополнительное описание лота:	Аккумуляторные батареи для передвижного рентген аппарата TOPAZ 32D (согласно технической спецификации заказчика)
Количество:	26
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, ул. Байзакова 299А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после подписания договора сторонами

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аккумуляторные батареи WBR GPL12120, 12V, 26Ah. (тип свинцово - кислотная, напряжение - 12 В, емкость - 12 Ач, тип клемм - F2 (6,3 мм), размеры 151*98*100мм) Запасная часть Цифровой рентгенографической системы TOPAZ-32D. ГОСТ Р МЭК 62902-2021. Гарантийный срок на товар составляет 24 месяцев с даты поставки. Цена лота указана с учетом товара, доставки, установки, контрольного запуска оборудования, материалами и другими сопутствующими расходами. Потенциальный поставщик обязан: - Произвести поставку и установку товара своими силами, средствами и материалами. - Иметь специализированное оборудования и инструменты для установки и запуска оборудования. - Произвести все необходимые испытания связанные с установкой аккумуляторных батареи и проверить, запустить и выводить на рабочий режим оборудование во всех тестовых режимах в присутствии ответственного лица Заказчика. Установка выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями. Все применяемые материалы и оборудования должны быть рекомендованы заводом изготовителем Цифровой рентгенографической системы TOPAZ-32D. Если в период гарантийного срока эксплуатации аккумуляторных батареи обнаружатся дефекты и/или недостатки, которые не позволят осуществить нормальную эксплуатацию, то потенциальный поставщик обязан устранить все дефекты и недостатки и/или заменить аккумуляторные батареи в течение 5-ти (пяти) календарных дней. Товары должны быть новые, оригинальными, сертифицированными, в оригинальной упаковке производителя. Потенциальный Поставщик после подписания договора и перед осуществлением поставки обязан предоставить Заказчику 1 экземпляр товара и подтверждающие ее характеристики документы, для согласования товара с Заказчиком на соответствие товара с технической спецификацией. В случае поставки товара несоответствующего технической спецификации, товар будет возвращен для замены на товар в соответствии с технической спецификацией.
--	--