Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990780-1
Сатып алудың атауы:	Жуғыш заттарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88787901-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жуу құралы
Лоттың сипаттауы:	медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін, сұйықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жуғыш заттар. (Термостабильді және термолабильді хирургиялық құралдарды жууға арналған сілтілі жуғыш зат).
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Термостабильді және термолабильді хирургиялық құралдарды жууға арналған сілтілі жуғыш зат. Сұйық концентрат. Автоматты машинада жуу, ультрадыбыстық жуу және қолмен жуу үшін қолданылады. хирургиялық құралдарды автоматты және қолмен жуу үшін минималды инвазивті хирургия, микрохирургия, эндоскоптар, анестезиялық құралдар мен жабдықтар, стоматологиялық құралдар, соның ішінде бормашиналар, бұрыштар, контейнерлер және басқа да медициналық құралдар. Құралда қолдану режимдері болуы керек: UZO раковиналарына арналған режимдер: 40°C-тан төмен температурада 5-20мл / л; Суға батыру әдісімен қолмен жууға арналған Режим: 40°C жоғары емес температурада 5-30 мл/л; Термостабильді және термолабильді құралдарды автоматты машинамен жууға арналған Режим: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) 50-60°C температурада, жуу циклі 10 минуттан аспайды. Сондай-ақ, жеке қорғаныс құралдарын қолмен және автоматты түрде өңдеу режимі болуы керек. Құрал әртүрлі приин штаммдарының патогендік прион ақуыздарын жоюы керек; олардың ішінде vcjd сынақ штаммы 2 логарифмдік қадамнан асады (1 %, 55 °C, 10 мин). 20°C температурадағы үлес салмағы (тығыздығы) 1,1 г/см3 кем емес. РН деңгейі (ионсыздандырылған суда 0,2-1,0%, 20°C) 2-10 мл / л шегінде болуы керек: 10,4-10,8. Концентраттың pH деңгейі 20 РН С кезінде 10,2-10,3 бірліктен аспауы керек. Концентраттың тұтқырлығы 20°C температурада болуы керек: < 10mpas.(жуу машинасындағы мөлшерлеу сорғысының дұрыс жұмысына әсер етеді) Титрлеу факторы: 0,78 Құрамында ферменттер болуы керек, 5% - дан аз анионды емес және анионды баз Сақтау мерзімі кемінде 2 жыл болуы керек. Құрал сыйымдылығы кемінде 5 литр болатын канистрлерге оралуы керек 5 литрлік канистрдің салмағы 5,728 килограмм болуы керек Бұл құрал тапсырыс берушіде бар Karl Storz эндоскоптары үшін қолдануға ұсынылады. Өнім miele маркалы жуу машиналарында қолдануға ұсынылуы керек. Қаптама полимерлі ыдыстар. Қаптама ≥ 5л. сыйымдылықтың мөлшері (ДхШхВ) <250х215х140мм болуы керек. канистр мойнының диаметрі мыналар шегінде болуы керек 44+/- 2 мм. қаптаманың жалпы өлшемдеріне және мойынның диаметріне қойылатын талаптар пайдаланылатын жуу-дезинфекциялау машиналарының конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты. Канистр химиялық құралдарға арналған штаттық бөлімде еркін орналастырылуы және адаптерлерді, қосымша адаптерлерді пайдаланбай және жабдықтың конструкциясын өзгертпестен қолда бар сорғыш құрылғыларды (шың) қосу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Өнімнің қаптамасында ГОСТ 31340-2022 сәйкес сақтық шараларын, қауіп туралы мәліметтерді, өнімді қауіпсіз сақтау және пайдалану шарттарын көрсете отырып, химиялық өнімнің ескерту таңбасы жазылуы тиіс. Стандартты мөлшерлеу жүйелерімен үйлесімділік. Құралда: қауіпсіздік паспорты (MSDS), өндірушінің техникалық сипаттамасы, мемлекеттік тіркеу туралы куәлік болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990780-1
Наименование закупки:	Государственный закуп Моющие средства
Номер лота:	№ 88787901-3ЦП1
Наименование лота:	Средство моющее
Описание лота:	для изделий медицинского назначения, жидкость
Дополнительное описание лота:	Моющие средства. (Щелочное моющее средство для мойки термостабильных и термолабильных хирургических инструментов).
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	по заявке заказчика отдельными партиями в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Щелочное моющее средство для мойки термостабильных и термолабильных хирургических инструментов. Жидкий концентрат. Применяется для Автоматической машинной мойки, мойки в ультразвуковых мойках и мойки ручным методом. для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов включая инструменты для малоинвазивной хирургии, микрохирургии, эндоскопов, анестезиологических инструментов и оборудования, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголков, контейнеров и других медицинских инструментов. Средство должно иметь режимы применения: Режимы для УЗО моек: 5-20мл/л при температуре меньше 40°С; Режим для ручной мойки способом погружения: 5-30мл/л при температуре не выше 40°С; Режим для автоматической машинной мойки термостабильных и термолабильных инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 50-60°С, цикл мойки не более 10 мин. Так же должен иметься режим обработки средств индивидуальной защиты ручным и автоматическим спопобом. Средство должно удалять патогенные прионовые белки различных штаммов приинов; среди них тестовый штамм vCJD более чем на 2 логарифмических шагах (1 %, 55 °С, 10 мин). Удельная масса (плотность) при 20°С не меее 1,1 г/см3. Уровень pH (0,2-1,0% в деионизированной воде, 20°С) 2-10 мл/л должен быть в пределах: 10,4 - 10,8. Уровень pH концентрата при 20С должен не выходить за пределы 10,2-10,3 еденицы. Вязкость концентрата при 20°С должна быть: < 10mPas.(влияет на корректную работу дозирующего насоса в моечной машине) Фактор титрования: 0,78 Должен содержать в составе энзимы, меньше 5% неанионных и анионных ПАВ Срок хранения должен быть не менее 2 лет. Средство должно быть расфасовано в канистры емкостью не менее 5 литров Вес канистры 5 литров должен быть 5,728 килограмм Средство рекомендовано к применению для эндоскопов Karl Storz имеющихся в наличии у Заказчика. Средство должно иметь рекомендовано к применению на моечных машинах марки Miele. Упаковка полимерные емкости. Фасовка ≥ 5л.Размер емкости (ДхШхВ) должен быть <250х215х140мм. Диаметр горловины канистры должн быть в пределах 44+/- 2 мм. Требования к габаритным размерам упаковки и диаметру горловины обусловлены конструктивными особенностями эксплуатируемых моечно-дезинфицирующих машин. Канистра должна свободно размещаться в штатном отсеке для химических средств и обеспечивать возможность подключения имеющихся всасывающих устройств (пик) без использования переходников, дополнительных адаптеров и изменения конструкции оборудования. На упаковке продукции должна быть нанесена предупреждающая маркировка химической продукции в соответствии с ГОСТ 31340–2022 с указанием мер предосторожности, сведений об опасности, условий безопасного хранения и обращения с продуктом. Совместимость со стандартными системами дозирования. Средство должно иметь: Паспорт безопасности (MSDS), техническое описание производителя, свидетельство о государственной регистрации.