Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17719386-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83106950-ЗЦП3 |
| **Лоттың атауы :** | Инфузиялық жүйе |
| **Лоттың сипаттауы:** | инфузиялық ертінділерді құюға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Қан құю жүйесі |
| **Саны, көлемі:** | 150 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: қан құю жүйесінің құрамы: қақпақ, ауа арнасымен контейнерге ине, ауа арнасының қақпағы, тамшылар, сүзгі блогы, 150 см ұзындықтағы түтік, роликтік қысқыш, инъекциялық блок, коннектор, инъекциялық ине. 2. функционалдық сипаттамасы: өнім қан мен оның компоненттерін, сондай-ақ шыны және полимерлік контейнерлердегі қан алмастырғыштарды құюға арналған. 3. сапалық сипаттамасы: ине өлшемі 18G×1 ½""" (1,2×38 мм). Өндіріс материалдары: инъекциялық ине – медициналық болат, ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол сополимері), поливинилхлорид (PVC), HDPE, ауа арнасының сүзгісі және сүзгі элементі – пластиктен (қанға арналған сүзгі), резеңке – латекстен. Өнім стерильді. МИ-де көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Өнім өндірушінің түпнұсқа қаптамасында жеткізіледі. Жеке қаптамада келесі мәліметтер нақты көрсетілуі керек: серия (партия) нөмірі, медициналық құралдың атауы, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы және жарамдылық мерзімі. Медициналық қолдану бойынша таңбалау және нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өндіруші ISO 13485 сапаны басқару стандартына сәйкес өнім шығарады. 4. эксплуатациялық сипаттамасы: бір реттік қолдануға арналған. Жібермес бұрын тапсырыс берушімен міндетті келісу қажет. " |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17719386-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 83106950-ЗЦП3 |
| **Наименование лота:** | Система инфузионная |
| **Описание лота:** | для переливания инфузионных растворов |
| **Дополнительное описание лота:** | Система для переливания крови |
| **Количество:** | 150 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: состав системы для переливания крови: колпачок, игла к ёмкости с воздуховодом, заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка длиной 150 см, роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. 2. функциональная характеристика: изделие предназначено для переливания крови и её компонентов, а также кровезаменителей из стеклянных и полимерных ёмкостей. 3. качественная характеристика: игла размером 18G×1 ½"" (1,2×38 мм). Материалы изготовления: инъекционная игла - медицинская сталь, ABS (сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол), поливинилхлорид (PVC), HDPE, фильтр воздуховода и фильтрующий элемент из пластика (фильтр для крови), резинка латексная. Стерильно. МИ не должно иметь видимых дефектов. Поставляется в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть чётко указаны: номер серии (партии), наименование медицинского изделия, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии со стандартом ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: для одноразового применения. Перед отправкой обязательное согласование с заказчиком." |