Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17391739-1
Тендер атауы:	зертхана үшін реагенттер сатып алу (С)
Лоттың №:	№ 87286353-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Диагностикалық реагенттер және өзге де фармацевтикалық препараттар

№ 10 орта (стафилококкты сәйкестендіру үшін) Флакон 250 гр.

Ашық сары түсті мөлдір немесе сәл жалындайтын сұйықтық бөгде қосылуларсыз және тұнбасыз. Ерігіштігі: Біртекті орта құра отырып, қыздыру кезінде тазартылған суда толық ереді. pH мәні: (25 ± 2) °С температурада 7,2 ± 0,2. Өсу қасиеттері: Орта S. Aureus «Виотко», S. Aureus АТСС 7137-Р, S. epidermidis АТСС 14290 и S. Saprophyticus ТСС 15305. Тиісті еріту мен инкубациялаудың 1,0 мл микробтық суспензиясын енгізгеннен кейін (42,5 ± 1) °С температурада 14-48 сағат ішінде микроорганизмдердің сипатты өсуі және оларды саралауды жүргізуге мүмкіндік беретін диагностикалық маңызды биохимиялық белгілердің көрінуі байқалады. Жарамдылықтың қалдық мерзімі кемінде 70%. Сапа және қауіпсіздік сертификатын, паспортты, қолдану нұсқаулығын, ҚР тіркеу куәлігін ұсыну.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17391739-1
Наименование Тендера:	приобретение реагентов для лаборатории (С)
№ лота:	№ 87286353-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Реагенты диагностические и препараты фармацевтические прочие

Среда №10 (для идентификации стафилококка) Флакон 250 гр.

Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость светло-желтого цвета без посторонних включений и осадка. Растворимость: Полностью растворяется в очищенной воде при нагревании с образованием однородной среды. Значение pH: 7,2 ± 0,2 при температуре (25 ± 2) °С. Ростовые свойства: Среда обеспечивает оптимальные условия для роста и идентификации тест-штаммов S. aureus «Виотко», S. aureus ATCC 7137-P,S. epidermidis ATCC 14290 и S. Saprophyticus TCC 15305. После внесения 1,0 мл микробной суспензии соответствующего разведения и инкубации при температуре (42,5 ± 1) °С в течение 14–48 часов наблюдается характерный рост микроорганизмов и проявление диагностически значимых биохимических признаков, позволяющих проводить их дифференциацию. Остаточный срок годности не менее 70%. Предоставить сертификат качества и безопасности, паспорт, инструкция применения, регистрационное удостоверение РК.