Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17885153-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87326495-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Медициналық жиынтық
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, бір реттік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жедел окклюзияларға арналған басқарылатын коронарлық бағыттаушы сым
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: жедел окклюзияға арналған коронарлық басқарылатын өткізгіш. Коронарлық басқарылатын 0,014 """" өткізгіш, ұзындығы 190, 300 см. тефлонмен қапталған болаттан жасалған біріктірілген өзек және платина-никель рентгендік контрастты ұшымен өрілген суперэластикалық никель-титан қорытпасынан (нитинол) дистальды сегмент. Болаттың ұшына модельденген кірістіру. Ұшты өрудің радиопакалық бөлігінің ұзындығы-3 см. дистальды бөліктің гидрофильді жабыны. Ұштың пішіні: түзу, J-түрі. Ұштың қаттылығы: 0,7 г. дистальды бөліктегі қолдау дәрежесі: 8,7 г. 2. функционалдық сипаттамасы: тері астындағы коронарлық араласуларды орындау кезінде диагностикалық және интервенциялық құрылғылардың жеткізілуін қамтамасыз етуге арналған. 3. сапалық сипаттамасы: медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жеке қаптамада: медициналық бұйымның атауы, мөлшері, серия (партия) нөмірі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, құрамы, ҚР тіркеу куәлігі көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: стерильді, бір рет қолданылатын. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17885153-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87326495-ЗЦП3
Наименование лота:	Комплект медицинский
Описание лота:	универсальный, одноразовый
Дополнительное описание лота:	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзии
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: коронарный управляемый проводник для острых окклюзии. Коронарный управляемый 0,014"" проводник длиной 190, 300 см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном, и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика - 3 см. Гидрофильное покрытие дистальной части. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0,7 г. Степень поддержки в дистальной части: 8,7 г. 2. функциональная характеристика: предназначен для обеспечения доставки диагностических и интервенционных устройств при выполнении чрескожных коронарных вмешательств. 3. качественная характеристика: медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, состав, регистрационное удостоверение РК. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: стерильный, одноразового использования. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!"