Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17465558-1
Сатып алудың атауы:	Зарасыздандыру бөліміне қажетті құрал жабдықтар
Лоттың нөмірі:	№ 85454575-ЗЦП7
Лоттың атауы :	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	бумен тазалауды тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Индикатор 134/7
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. 34 ш/а. жедел жәрдем станциясы
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасақталған күннен бастап 15 күнтізбелік күнде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	134/7 индикаторы — автоклавтағы құралдарды зарарсыздандыру тиімділігін тексеруге арналған химиялық сынақ бақылауы. сипаттамалары: Зарарсыздандыру әдісі: бу (қысыммен қаныққан су буы). Температура режимі: 134° Экспозиция уақыты: 7 минут. Индикатор класы: әдетте белгілі бір брендке байланысты 4-ші (көп айнымалы) немесе 6-шы (имитаторлар). Бақылау түрі: камераның ішінде қажетті температураға қажетті уақыт ішінде қол жеткізілгенін көзбен растауға мүмкіндік береді. Нәтиже: индикатор белгісінің түсін анықтамалыққа өзгерту (сарыдан қара/қоңырға дейін).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17465558-1
Наименование закупки:	Оборудование, необходимое отделу дезинфекции
Номер лота:	№ 85454575-ЗЦП7
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля паровой стерилизации
Дополнительное описание лота:	Индикатор 134/7
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау 34а мкр. станция скорой помощи
Срок поставки:	После заключение договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Индикатор 134/7 — это химический тест-контроль для проверки эффективности стерилизации инструментов в автоклаве. характеристики: Метод стерилизации: Паровой (насыщенный водяной пар под давлением). Температурный режим: 134° Время выдержки: 7 минут. Класс индикатора: Обычно 4-й (многопеременные) или 6-й (имитаторы), в зависимости от конкретного бренда. Тип контроля: Позволяет визуально подтвердить, что внутри камеры была достигнута нужная температура в течение необходимого времени. Результат: Изменение цвета индикаторной метки на эталонный (из желтого в темный/коричневый).