Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17482934-1
Сатып алудың атауы:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Лоттың нөмірі:	№ 87631869-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Арнайы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кальций R 4х40 мл -Двухкомпонентный набор реагентов для определения Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00 из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Актобе к.Рыскулов к.192
Жеткізу мерзімі:	10.09.2026

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кальций R 4х40 мл-Двухкомпонентный набор реагентов для определения Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00 из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17482934-1
Наименование закупки:	Набор реагентов из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro
Номер лота:	№ 87631869-ЗЦП2
Наименование лота:	Материал специальный
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Кальций R 4х40 мл-Двухкомпонентный набор реагентов для определения Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00 из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, ул.Рыскулова 192
Срок поставки:	10.09.2026

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кальций R 4х40 мл-Двухкомпонентный набор реагентов для определения Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00 из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-240Pro закрытого типа без произвольных методик, Mindray Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов