Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17483678-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87326829-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Халат |
| **Лоттың сипаттауы:** | әмбебап, медициналық, бір реттік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат |
| **Саны, көлемі:** | 500 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес халат, өлшемі М (48-50), ұзындығы 115-130 см (Тапсырыс берушімен келісу). Тығыздығы кемінде 30 г/м2 болатын көп қабатты тоқыма емес SMS материалынан (spunbond + meltblown + spunbond) жасалған. Материал Су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді. Шапанның ұзын жеңдері бар, серпімді немесе тоқылған манжеті бар, белбеу мен мойынға байланған, велкроға бекітуге болады. Қаптама жеке. 2. функционалдық сипаттамасы: медициналық процедураларды, манипуляцияларды және тексерулерді жүргізу кезінде медициналық персонал мен пациенттерді ластанудан қорғауға арналған. Ластану мен микробтық жүктеменің берілу қаупін азайтады. 3. сапалық сипаттамасы: беріктігін, су өткізбейтін және дем алатын қасиеттерін қамтамасыз ететін материалдардан жасалған. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесінің стандартына немесе баламасына сәйкес жасайды. Халат сериясы, шығарылған күні, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы және жарамдылық мерзімі көрсетілген жеке қаптамада жеткізіледі. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. 4. пайдалану сипаттамасы: процедураларды, манипуляцияларды және тексерулерді жүргізу кезінде бір реттік пайдалануға арналған. Жөнелту алдында Тапсырыс берушімен міндетті келісу." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17483678-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 87326829-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Халат |
| **Описание лота:** | универсальный, медицинский, одноразовый |
| **Дополнительное описание лота:** | Халат медицинский одноразовый нестерильный |
| **Количество:** | 500 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: халат медицинский нестерильный одноразовый, размер M (48–50), длина 115-130 см (согласовать с заказчиком). Изготовлен из многослойного нетканого материала СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) плотностью не менее 30 г/м². Материал водоотталкивающий, воздухопроницаемый, безворсовый, гипоаллергенный. Халат имеет длинные рукава с манжетами на резинке или трикотажной манжете, завязки на поясе и на горловине, возможны крепления на липучках. Упаковка индивидуальная. 2. функциональная характеристика: предназначен для защиты медицинского персонала и пациентов от загрязнений при проведении медицинских процедур, манипуляций и осмотров. Снижает риск передачи загрязнений и микробной нагрузки. 3. качественная характеристика: изготовлен из материалов, обеспечивающих прочность, водоотталкивающие и воздухопроницаемые свойства. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485 или эквивалента. Халат поставляется в индивидуальной упаковке с указанием серии, даты производства, регистрационного удостоверения, условий хранения, наименования производителя и срока годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. 4. эксплуатационная характеристика: предназначен для одноразового использования при проведении процедур, манипуляций и осмотров. Перед отправкой обязательное согласование с заказчиком." |