Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984280-1
Сатып алудың атауы:	Бөлімшенің қажеттіліктері үшін матрац сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88748618-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Матрас
Лоттың сипаттауы:	медициналық, декубитке қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Орташа қаттылығы 80х190 см болатын медициналық су өткізбейтін матрац серпімді полиуретанды көбіктен (ППУ) жасалған, ол холконнан айырмашылығы пішінін жоғалтпайды және уақыт өте келе жарылып кетпейді. Биіктігі (қалыңдығы) 9 см.су өткізбейтін, ұшында сыдырма мембранадан алынбалы қақпақпен жабдықталған, ол сұйықтықтардың енуінен қорғауды қамтамасыз етеді, иістердің енуіне жол бермейді, сырғып кетпейді, бұл парақтың айналуына жол бермейді, максималды жайлылықты қамтамасыз етеді.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 5 ықшам ауданы, 7 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде тапсырыс берушінің мәлімделген саны бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық мекемелерде, соның ішінде жатып жатқан науқастар мен егде жастағы пациенттерге пайдалануға арналған, су өткізбейтін, серіппесіз, орташа қаттылықтағы медициналық Матрас. Матрастың өлшемдері: ұзындығы — 190 см, ені-80 см, қалыңдығы-кемінде 9 см.толтырғыш — серпімділігі, деформацияға төзімділігі және ұзақ уақыт жұмыс істегенде бастапқы пішінін сақтау қабілеті бар серпімді полиуретанды көбік (PPU). Максималды рұқсат етілген жүктеме-кем дегенде 100 кг. Матрас алынбалы су өткізбейтін қақпақпен жабдықталуы керек, оның соңғы жағында найзағай ілгегі бар берік мембраналық матадан жасалған. Қақпақ Сұйықтықтар мен иістердің енуіне жол бермеуі керек, сырғанауға қарсы қасиеттерге ие, абразияға және жыртылуға төзімді, адам терісіне тиюге қауіпсіз. Қаптың материалы бірнеше рет дымқыл тазалауға, бейтарап жуғыш заттармен және үйлесімді дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге, сондай-ақ өндірушінің ұсыныстарына сәйкес жууға мүмкіндік беруі керек. Матрас пациенттің ыңғайлы жағдайын және денеге жүктеменің біркелкі таралуын қамтамасыз етуі керек. Жеткізу талаптары: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, ластанусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек. Жеткізу тауарды міндетті түрде жеткізу, түсіру және Тапсырыс беруші көрсеткен кабинетке тікелей әкелу арқылы жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу күні мен уақыты Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Жеткізу кезінде жеткізілетін тауардың барлық сипаттамалары Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес келуі керек. Тауар ҚР СТ 2812-2016 "жатын матрацтар. Өнімнің осы түріне қолданылатын бөлігінде және Қазақстан Республикасының өзге де қолданыстағы нормативтік талаптарында" жалпы техникалық шарттар". Өнімнің сапасы, қауіпсіздігі және сипаттамалары өндірушінің тиісті құжаттарымен расталуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984280-1
Наименование закупки:	Приобретение матраса для нужд подразделения
Номер лота:	№ 88748618-ЗЦП1
Наименование лота:	Матрас
Описание лота:	медицинский, противопролежневый
Дополнительное описание лота:	Матрас медицинский непромокаемый 80х190 см средней степени жесткости изготовлен из эластичного пенополиуретана (ППУ), который, в отличие от холкона, не теряет форму и не проминается со временем. Высота (толщина) 9 см. Водонепроницаемый, оснащен съемным чехлом из мембраны на молнии на торце, который обеспечивает защиту от проникновения жидкостей, предотвращает проникновение запахов, не скользит, что препятствует скатыванию простыни, обеспечивает максимальный комфорт.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев микрорайон 5, здание 7
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней по заявленному количеству Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Матрас медицинский непромокаемый, беспружинный, средней степени жесткости, предназначенный для использования в медицинских учреждениях, в том числе для лежачих больных и пациентов пожилого возраста. Размеры матраса: длина — 190 см, ширина — 80 см, толщина — не менее 9 см. Наполнитель — эластичный пенополиуретан (ППУ), обладающий упругостью, устойчивостью к деформации и способностью сохранять первоначальную форму при длительной эксплуатации. Максимальная допустимая нагрузка — не менее 100 кг. Матрас должен быть оснащен съемным водонепроницаемым чехлом из прочной мембранной ткани с застежкой-молнией, расположенной на торцевой стороне. Чехол должен препятствовать проникновению жидкостей и запахов, обладать противоскользящими свойствами, быть устойчивым к истиранию и разрывам, безопасным для контакта с кожей человека. Материал чехла должен допускать многократную влажную очистку, обработку нейтральными моющими и совместимыми дезинфицирующими средствами, а также стирку в соответствии с рекомендациями производителя. Матрас должен обеспечивать комфортное положение пациента и равномерное распределение нагрузки на тело. Требования к поставке: Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, загрязнений и производственных дефектов. Поставка осуществляется за счет Поставщика с обязательной доставкой, разгрузкой и заносом товара непосредственно в кабинет, указанный Заказчиком. Дата и время доставки предварительно согласовываются с Заказчиком. При поставке Все характеристики поставляемого товара должны соответствовать технической спецификации Заказчика. Товар должен соответствовать требованиям СТ РК 2812-2016 «Матрацы спальные. Общие технические условия» в части, применимой к данному виду продукции, и иным действующим нормативным требованиям Республики Казахстан. Качество, безопасность и характеристики товара должны подтверждаться соответствующими документами производителя.